



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SP. Z O.O. w WARSZAWIE

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

WSPRITS/ZP/1/2012

Warszawa, dn. 03.01.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2011/S 247-401301 z dnia 23.12.2011 r. na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku [Nr postępowania: WSPRITS/ZP/63/11]

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Dotyczy zadania nr 13 „Maski okołokraniowe”:

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga masek okołokraniowych, które ułatwiają wprowadzenie rurki intubacyjnej do tchawicy „na ślepo”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga powyższych.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuszcza maski okołokraniowe, które ułatwiają wprowadzenie rurki intubacyjnej do tchawicy pod kontrolą bronchofiberoskopu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższych.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuszcza maski kraniowe, które ułatwiają wprowadzenie do tchawicy rurki intubacyjnej w typowych rozmiarach od 3,5 do 8,0?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższych.

Dotyczy zadania nr 19 „Elektrody”:

4) **PYTANIE: dot. poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści elektrody 48 x 34 mm o podłożu piankowym z hydrożelem stałym, w którym zastosowano hydrożel ulepszony, zmniejszający impedancję skóry? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższych.

5) **PYTANIE: dot. poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 24 mm lub 35 mm o podłożu piankowym z hydrożelem stałym, w którym zastosowano hydrożel ulepszony zmniejszający impedancję skóry? Pozostałe parametry bez zmian. Elektrody są stosowane na terenie całej Polski jak i Unii Europejskiej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższych.

6) **PYTANIE: dot. poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody posiadały warstwę przewodzącą styku wykonaną na bazie Ag/AgCl jak i hydrożel stały. Rozwiązanie takie zapewnia wysoką przylepność i właściwe przewodzenie bez konieczności przygotowania skóry przed naklejeniem elektrody. Jest ono stosowane u producentów wielu firm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyższych.

Dotyczy zadania nr 29 „Jednorazowe kołnierze ortopedyczne”:

7) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści kołnierze ortopedyczne jednorazowego użytku z otworem z przodu na wysokości krtań pozwalającym na pomiar tętna, z wyprofilowaną podpórką pod brodę zapewniającą blokadę szczęki, wykonywane ze sztywnego tworzywa sztucznego, przenikliwe dla promieni X, z gąbką na krawędzi kołnierza, z zapięciem na rzep, w dwóch wielkościach dla dorosłych i dzieci, posiadające regulację rozmiaru odpowiadającą w sumie 7 kołnierzom nieregulowanym (pacjenci od niemowląt do wysokich dorosłych)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu
Pety Medycyny 2009



Dotyczy zadania nr 31 „Paski do glukometru Contour TS”:

8) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków, które posiadają samo zasysanie krwi, nie potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,7µl, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/ ,funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia), część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem, wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania. 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a. Zakres temperatury przechowywania pasków to 4°C - 40°C, Zakres hematokrytu 20% do 60%. Gwarancja dożywotnia w tym przegląd kalibracja oraz szkolenie personelu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy zadania nr 33 „Narzędzia medyczne”:

9) PYTANIE: dot. poz. 1 – Nożyczki mają być proste czy zagięte?

ODPOWIEDŹ: Nożyczki mają być proste.

10) PYTANIE: dot. poz. 2 – Nożyczki ratownicze o długości 18 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

11) PYTANIE: dot. poz. 3 - Pinceta anatomiczna: prosimy o sprecyzowanie ilości dł. ok. 14 cm oraz dł. ok. 16 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest w stanie sprecyzować ilości sztuk poszczególnych długości; zależnie od potrzeb.

12) PYTANIE: dot. poz. 7 – Prosimy o zaakceptowanie kleszczy do gipsu typ Hennig, dł 27 cm lub kleszczy do gipsu typ Wolff-Boehler, część robocza zagięta, długość 24 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kleszcze do gipsu typ Wolff-Boehler, część robocza zagięta, długość 24 cm.

Dotyczy zadania nr 40 „Akcesoria do defibrylatora ZOLL”:

13) PYTANIE: dot. poz. 4, 7 - Proszę o wydzielenie wymienionych pozycji, co wpłynie na konkurencyjność i umożliwi złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

14) PYTANIE: dot. poz. 8, 9, 10, 11 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert większej ilości Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Dotyczy zadania nr 41 „Akcesoria do defibrylatora Lifepak”:

15) PYTANIE: dot. poz. 1 - Prosimy o wydzielenie pozycji, co wpłynie na konkurencyjność i umożliwi złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Dotyczy zadania nr 47 „Akcesoria do kardiomonitora PROPAQ”:

16) PYTANIE: dot. poz. 2 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert większej ilości Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Dotyczy wzoru umowy dla Zadania 1-52:

17) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 2 ust. 3 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b) zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności,
- c) istotnej zmiany cen przez producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

18) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 1 zapisu: „otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT” na „wystawienia faktury przez Wykonawcę”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

19) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 2 zapisu: „obciążenia” na „uznania”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

20) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 ust. 4 zapisu: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

21) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w paragrafie 6 ustępu 2?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

Dyrektor

~~DYREKTOR~~

~~Artur Kamecki~~

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


Agnieszka Sztorc