



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SP. z o.o. w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 22 525 14 05 FAX 22 525 13 80

PN - EN ISO 9001:2009; PN - EN ISO 14001:2005; PN - N - 18001:2004

WSPRiTS/ZP/67/2015

Warszawa, dnia 03 kwietnia 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 71088 - 2015 z dnia 31.03.2015 r. na zakup tlenu medycznego i sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/12/15]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnienia na poniższe pytanie:

1) PYTANIE: Czy w przypadku małych butli tlenowych o pojemności wodnej 2 litry Zamawiający dopuszcza lekką butlę transportową wykonaną z aluminium i wyposażoną w zawór zintegrowany tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. do respiratora transportowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Ordynator Oddziału Kardiologii

24/
[Signature]
dr n. med. Jerzy Rekosz

Sprawę prowadzi:
Beata Kosakowska
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 525 12 43

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009

