WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE
UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL.: 022 525 14 05 FAX: 022 525 13 80
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007;

WSPRiTS/ZP/58/2019
ZP.261.3.2019

Warszawa, dnia 04 marca 2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2019/S 022-047421 z dnia 31.01.2019 r. na dostawy różnych produktów medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/3/19].

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (część II)

Zamawiający wyjaśnia, że przy udzielaniu odpowiedzi na pytania WSPRiTS/ZP/46/2019 z dnia 27.02.2019 r. doszło do omyłki pisarskiej. Wobec powyższego zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ w Warszawie udziela poprawnych odpowiedzi na pytania i modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę poprzednich odpowiedzi w poniższym zakresie:

Dotyczy Zadania 1 „Cewniki, zgłębniki, maski":

1) **PYTANIE: poz. 2-5** - Prosimy o sprecyzowanie, czy produkty mają być pozbawione DEHP i bis fenoli?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania, ale nie wymaga powyższego.

2) **PYTANIE: poz. 6-10** - Prosimy o sprecyzowanie, czy produkty mają być pozbawione DEHP i bis fenoli?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania, ale nie wymaga powyższego.

Dotyczy Zadania 4 „Kaniule":

3) **PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z teflonu (FEP), z nazwą producenta oraz nazwą własną kaniuli umieszczoną na opakowaniu jednostkowym, zamiast bezpośrednio na kaniuli, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kaniule opisane powyżej.

4) **PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16G (szary) 1,7 x 45mm, przepływ 180ml/min, pozostałe rozmiary zgodne z SIWZ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

5) **PYTANIE: poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści koreczki innego producenta niż kaniule zaoferowane w poz. 1 – 2, ale w pełni z nimi kompatybilne?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

MAZOWIECKA firma roku 2017
Mazowsze. serce Polski
LIDER Polskiego Lecznictwa 2016

6) **PYTANIE: poz. 3** - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków do kaniul innego producenta niż asortyment w poz. 1 i 2, wyprodukowanych zgodnie z normą PN- EN 1707:2000, kompatybilnych ze wszystkimi rodzajami kaniul.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 08.03.2019 r. do godz. 11:30**.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.03.2019 r. o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
dr n. o zdr. Karol Bielski

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rucińska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293