



WSPRiTS/ZP/77 /2015

Warszawa, dnia 06 maja 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 99960-2015 z dnia 30.04.2015 r. na okresowe przeglądy serwisowe, konserwację i naprawę sprzętu medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/14/15]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 14 „Serwis i naprawa – kardiomonitor”:

1) **PYTANIE:** Prosimy o sprecyzowanie producenta oraz modelu kardiomonitorów.

ODPOWIEDZ: Kardiomonitor Biased ECG Trendscope 8031 firmy S&W.

Dotyczy wzoru umowy i zapisów SIWZ:

2) **PYTANIE:** Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy z § 2 ust. 5 na następujący: „Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cenami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi”.

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

3) **PYTANIE:** Prosimy o usunięcie istniejącego zapisu umowy z §2 ust. 6, ponieważ Wykonawca nie dysponuje katalogiem norm czasowych dotyczących napraw.

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu i wymaga powyższego, jeśli Wykonawca dysponuje katalogiem norm czasowych dotyczących napraw.

4) **PYTANIE:** Prosimy o zmianę istniejącego zapisu § 2 ust. 19 umowy na następujący: „Wykonawca wykona przegląd serwisowy lub naprawę sprzętu medycznego w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia lub akceptacji oferty”.

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Modyfikuje zapis § 2 ust. 19 na „Wykonawca wykona przegląd serwisowy lub naprawę sprzętu medycznego w ciągu dni roboczych od daty odbioru.” i § 2 ust. 20 „Przy poważniejszych naprawach wymagających oczekiwania na dostawę części, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego sprzętu medycznego na czas serwisu lub naprawy, jeśli przewidywane prace potrwać dłużej niż dni roboczych.”

5) **PYTANIE:** Prosimy o zmianę istniejącego zapisu § 2 ust. 19 umowy na następujący: „Wykonawca wykona przegląd serwisowy lub naprawę sprzętu medycznego w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia lub akceptacji oferty”.

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Modyfikuje zapis § 2 ust. 19 na „Wykonawca wykona przegląd serwisowy lub naprawę sprzętu medycznego w ciągu dni roboczych od daty odbioru.” i § 2 ust. 20 „Przy poważniejszych naprawach wymagających oczekiwania na dostawę części, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego sprzętu medycznego na czas serwisu lub naprawy, jeśli przewidywane prace potrwać dłużej niż dni roboczych.”

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



6) **PYTANIE:** Prosimy o zmianę istniejącego zapisu § 4 ust. 4 umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i przesłać ją do Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

7) **PYTANIE:** Prosimy o zmianę istniejącego zapisu § 4 ust. 7 umowy na następujący: „Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zażądać zapłaty z tytułu kar umownych na podstawie odrębnej noty wystawionej przez Zamawiającego”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

8) **PYTANIE:** Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

9) **PYTANIE:** Prosimy o odstąpienie od żądania posiadania osób przeszkolonych przez producenta lub jego przedstawiciela na rzecz przeszkolenia od świadczenia usług przeglądów wystawionych przez podmioty niezależne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu oraz modyfikuje treść ogłoszenia i SIWZ w tym zakresie.

10) **PYTANIE:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w niniejszym postępowaniu wykonawców nie posiadających autoryzacji, ale posiadających prawo do wykonywania czynności serwisowych i naprawczych aparatury medycznej, długoletnie doświadczenie, wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, rozbudowane i silne zaplecze logistyczne, techniczne i administracyjne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu oraz modyfikuje treść ogłoszenia i SIWZ w tym zakresie.

MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:

1) w Rozdziale IV, pkt I „Warunki udziału w postępowaniu” na:

3) dysponując odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2) w Rozdziale IV, pkt III „Wymagane dokumenty” na:

1.1. 6) zapis usunięty.

3) w druku Oferta, pkt III „Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno-prawnych” na:

8) zapis usunięty.

4) w druku Oświadczenie, załącznik nr 3 do SIWZ na:

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR

Artur Kamecki

Sprawę prowadzi:

Karolina Kokieć

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 52 51 243