



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ; PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

WSPRiTS/ZP/234/2013

Warszawa, dnia 06 grudnia 2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 258075 - 2013 z dnia 02.12.2013 r. na zakup defibrylatorów, respiratorów, ssaków elektrycznych i ogrzewaczy do płynów infuzyjnych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/58/13]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy zadania nr 1 „Defibrylatory wraz z uchwytami karetkowymi”:

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator Lifepak 15 z uchwytem karetkowym, posiadający wszystkie wymieniane funkcjonalności tj. możliwość wykonywania defibrylacji, kardiowersji, stymulacji zewnętrznej, monitoringu SpO2, w technologii Masimo oraz funkcją metronomu podczas prowadzenia resuscytacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania powyższego.

Dotyczy zadania nr 3 „Ssaki elektryczne przenośne”:

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o maksymalnej wydajności 20 l/min?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania powyższego.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z 3-stopniowym wskaźnikiem naładowania akumulatora?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania powyższego.

4) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o temperaturze pracy od 5 do 40°C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania powyższego.

5) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o masie 5,9 kg, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania powyższego.

6) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 84 kPa? Użytkownik ma możliwość zastosowania podciśnienia w zakresie od 0 do 84 kPa, a zatem może zastosować w zależności od swoich potrzeb także podciśnienie na poziomie 80 kPa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

7) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora 3-stopniowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania powyższego.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



8) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby ssak posiadał wbudowany, oryginalny uchwyt na przewód ssący pozwalający na zwinięcie i ochronę przewodu w trakcie przenoszenia i użytkowania, a także umożliwiał proste wyjmowanie i operowanie przewodem ssącym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyższego.

9) **PYTANIE:** Czy Zamawiający oczekuje, aby poziom głośności ssaka nie przekraczał 45 dB?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje maksymalnego parametru opisanego w SIWZ.

10) **PYTANIE:** Czy Zamawiający oczekuje, aby czas pracy na zasilaniu akumulatorowym wynosił co najmniej 65 min.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje minimalnego parametru opisanego w SIWZ.

11) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny przenośny lekki (około 2,8 kg) i cichy, o wydajności ssania 20l/min?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

12) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści ssak z 3 stopniowym wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

13) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system ostrzegania o niewystarczającej pojemności baterii?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Dyrektor

DYREKTOR

Artur Kamecki