




**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDRÓŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ; PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;



WSPRiTS/ZP/167/2013

Warszawa, dnia 10 września 2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2013/S 1:2 – 264302 z dnia 07.08.2013 r. na zakup jednorazowych artykułów medycznych i drobnego sprzętu medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/36/13]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy zadania nr 4 „Papier Ekg do defibrylatora i papier do drukarki”:

1) **PYTANIE:** dot. poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby papier do videoprintera czarnobiałego Mitsubishi typu P95D był wysokiej rozdzielczości, pozwalający uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz był oryginalny, jak zaleca producent?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga papieru o wysokiej rozdzielczości.

2) **PYTANIE:** dot. poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o podanie czułości papieru do wideoprintera.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje parametrów papieru do wymierzonego w zadaniu urządzenia.

3) **PYTANIE:** dot. poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 103 x 25?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaferowania papier w rozmiarze 108 x 25.

4) **PYTANIE:** dot. poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 4 pozycji 2. Papier termoczuły EKG do defibrylatora Lifepack 12; 100mm/22m; Oryginalny; 2 rolki w jednym opakowaniu? Umożliwi to złożenie oferty producentowi oryginalnego papieru do defibrylatorów Lifepak.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

5) **PYTANIE:** dot. poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zaferowania w pozycji 2 papieru kompatybilnego, pakowanego a'1 rolka. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek umożliwić składanie ofert równoważnych, wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamówienia odwołuje się do konkretnego produktu.

ODPOWIEDŹ: Urządzenie podlegające gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania papieru kompatybilnego.

Dotyczy zadania nr 7 „Czujnik SpO2 jednorazowego użytku dla niemowląt”:

6) **PYTANIE:** Czy Zamawiający ma na myśli czujnik z poniższym wtykiem:



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaferowania czujnik z ww. wtykiem, pod warunkiem, że czujnik ten będzie odbierał parametry.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Dotyczy zadania nr 9 „Elektrody do stymulacji serca”:

7) **PYTANIE:** dot. poz. 1 - Prosimy o sprecyzowanie podanej ilości – elektrody do defibrylatora sprzedawane są jako komplet składający się z dwóch sztuk. Czy Zamawiający w związku z tym ma na myśli 5 kompletów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga 5 kompletów.

8) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody do stymulacji serca Quick-Combo były oryginalne, zalecane przez producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Dotyczy zadania nr 15 „Jednorazowe kołnierze ortopedyczne”:

9) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowy kołnierz wykonany z pianki polietylenowej Plastazotte z wzmocnieniami PCV. Wyposażony w otwory zapewniające swobodną cyrkulację powietrza. Kołnierz jest przepuszczalny dla promieni X. Zapinany i regulowany indywidualnie przy pomocy taśmy zapinanej na rzep, w rozmiarze S-L?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

10) **PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie dwóch kołnierzy ortopedycznych, które dzięki systemowi wielostopniowej regulacji umożliwiają uzyskanie w sumie 14 ustawień rozmiaru kołnierza, pozwalając na skuteczne usztywnienie odcinka szyjnego kręgosłupa u pacjentów dorosłych, dużych dzieci oraz małych dzieci/niemowląt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy:

11) **PYTANIE:** SIWZ III pkt. 1.2. ust. 2) - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oświadczenia o posiadanych dokumentach wraz ze zobowiązaniem dostarczenia ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

12) **PYTANIE:** dot. § 2 ust. 3 - Czy Zamawiający dopuszczając zmianę ceny w wyniku ewentualnych modyfikacji stawki podatku VAT, ma na myśli zmianę ceny brutto umowy i pozostawienie ceny netto bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszczając zmianę ceny w wyniku ewentualnych modyfikacji stawki podatku VAT, ma na myśli zmianę ceny brutto umowy i pozostawienie ceny netto bez zmian.

13) **PYTANIE:** dot. § 5 ust. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba jest podyktowana prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszczając zmianę ceny w wyniku ewentualnych modyfikacji stawki podatku VAT, ma na myśli zmianę ceny brutto umowy i pozostawienie ceny netto bez zmian.

Dyrektor

~~DYREKTOR~~

Artur Kamecki