



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SP. Z O.O. W WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

WSPRiTS/ZP/15/2013

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 138212 - 2013 z dnia 09.04.2013 r. na zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/14/13]

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Dotyczy zadania 1:

1) **PYTANIE:** Ze względu na wyszczególnienie w tabeli cenowej małych butli tlenowych – zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem: Czy w przypadku małych butli tlenowych o pojemności wodnej 2 litry Zamawiający dopuszcza lekką butlę transportową wykonaną z aluminium i wyposażoną w zawór zintegrowany tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. do respiratora transportowego?

Jeżeli tak prosimy o wydzielenie dodatkowego pakietu (np. pakietu nr 4) z podaniem ilości butli oraz dni w dzierżawie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do użycia lekkiej butli transportowej o pojemności wodnej 2 litry ze zintegrowanym modulem (reduktor, manometr, przepływomierz, szybkozłączka). W związku z powyższym Zamawiający nie wydzielił dodatkowego pakietu dla zadania 1.

~~DYREKTOR~~

~~Anna Kamecki~~

Sprawę prowadzi:

Beata Kosakowska

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 525 12 43

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009

