WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE
UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL.: 022 525 14 05 FAX: 022 525 13 80
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007;

WSPRiTS/ZP/331/2017
ZP.261.42.2017

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2017/S 218-453001 z dnia 14.11.2017 r. na zakup materiałów medycznych na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/42/17].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ (cz. II)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 38 ust. 4 – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Dotyczy Zadania 1 „Cewniki, zgłębniki, maski":

1) **PYTANIE: poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140 cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanego cewnika.

2) **PYTANIE: poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści maskę z kompletem 2 regulowanych dysz Venturi'ego, umożliwiającymi ustawienie następujących stężeń tlenu: 24%, 28%, 30% oraz 35% 40% i 45%, z drenem 2,1m, jak na poniższym zdjęciu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

Dotyczy Zadania 2 „Igły doszpikowe":

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone wkłucie doszpikowe posiadało, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta, etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski - odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga powyższego.

4) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych lub czy Zamawiający wymaga aby wykonawca zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu pkt VI ppkt 5 przedłożył pisemne oświadczenie autoryzowanego dystrybutora igieł doszpikowych BIG na terenie Polski o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania 3 „Igły medyczne i kaniule":

5) PYTANIE: poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

6) PYTANIE: poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania, pozwoli to na złożenie Państwu korzystnej oferty jakościowej i cenowej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

7) PYTANIE: poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły w rozmiarze 0,29 mm – 1,2 mm? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ – tak jak obecnie używane igły.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższych. Zamawiający nie używa igieł w rozmiarze 0,29 mm.

8) PYTANIE: poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie igieł jednorazowych bezpiecznych, których zintegrowana osłona zabezpieczająca przed zakłuciem jest w jednym kolorze, z nasadką odpowiadającą rozmiarowi igły (kody barwne zgodnie z wymaganiami normy)? Takie rozwiązanie było stosowane w Państwa placówce i jest uznane przez większość producentów.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

9) PYTANIE: poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły bezpieczne mają posiadać dodatkowy zacisk wewnątrz nasadki igły, który umożliwia pewnie i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

10) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 2400 opakowań?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

11) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści: kaniule bezpieczne dożylne z portem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, cewnik wykonany z biokompatybilnego, termoplastycznego poliuretanu z trzema dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w RTG, korek portu bocznego domykany standardowo, kaniule posiadają przezroczystą komorę kontrolną z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary:
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min.
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min.
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min.
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min.
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min.
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min.
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min.?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

12) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną z igłą typu Quick Flashback z natychmiastową wizualizacją prawidłowego wkłucia już na etapie cewnika co jest bardzo w przydatne w sytuacjach wymagających natychmiastowego i pewnego wkłucia podczas akcji ratowniczej.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

13) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o poniższych parametrach: Sterylna kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi dołączonymi do oferty). Kaniule posiadające minimum 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie zawierać w składzie ftalanów. Kaniuli. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ. Dostępne w następujących rozmiarach:
- 22G (niebieski), długość 25 mm, przepływ 36 -42 ml/min.
- 20G (różowy) długość 32 - 33 mm, przepływ 61 - 67 ml/min.
- 18G (zielony) długość 32 - 33 mm, przepływ 95 - 103 ml/min.
- 18G (zielony) długość 45 mm, przepływ 95-103 ml/min.
- 17G (biały) długość 45 mm, przepływ 128 -142 ml/min.
- 16G (szary) długość 45 - 50 mm, przepływ196- 236 ml/min.
- 14G (pomarańczowy) długość 45 - 50 mm, przepływ 270 - 343 ml/min.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

14) PYTANIE: poz. 4 - Zwracam się z prośbą wykreślenie parametru punktowanego „Osłona igły minimalizująca rozprysk krwi" i modyfikację zapisów SIWZ, dotyczących kryteriów oceny ofert przetargowych. Zamawiający jako parametr przyjął niezwykle kontrowersyjny wyróżnik, który budzi bardzo wiele wątpliwości, zarówno wśród użytkowników jak i uczestników postępowań przetargowych. W rozporządzeniu Ministra Zdrowa z dnia 19 czerwca 2013 roku, „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych", które zobligowało pracowników służby zdrowia do używania bezpiecznego sprzętu, chroniącego przed przypadkowym zakłuciem; nie ma ani słowa na temat na temat wyposażenia igieł, jakiegokolwiek rodzaju, w osłony minimalizujące rozprysk krwi. Sformułowanie to nie pojawia się ani w przytoczonym rozporządzeniu ani w obowiązującej ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Informacje pojawiające się na temat ryzyka rozprysku czy zachlapania się krwią, są częścią kampanii marketingowej niektórych z firm, które próbują w ten sposób przekonać klientów o tym, że oferują produkt wyższej jakości. Niestety nie edukują one użytkowników, nie wyjaśniają, że możliwość rozprysku krwi występuje jedynie w przypadku niewłaściwego użytkowania kaniul. W przypadku kaniulacji przeprowadzonej w prawidłowy sposób, nie ma możliwości aby rozpryski występowały w jakimkolwiek modelu kaniuli. Dlatego z uwagi na powyższe informacje i dążenie do przeprowadzenia przetargu w sposób jak najbardziej przejrzysty i bezstronny, celowe wydaje się być, usunięcie parametru, który może negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania przetargowego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) w tym zakresie. W załączeniu zmieniony formularz dla zadania. Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału III Druku oferty „Cena oferty dla przedmiotu zamówienia" dla Zadania 3 „Parametry techniczne: Punkty: ...../2"

15) PYTANIE: poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opisując w parametrze punktowanym : „osłonę igły, minimalizującą rozprysk krwi" ma na myśli osłonę igły, która zamyka w pełni światło igły?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ jest to parametr punktowany.

16) PYTANIE: poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w dostępnych rozmiarach:

ROZMIAR	Ø x DŁUGOŚĆ mm	BARWNY KOD	PRZEPŁYW ml/min
14	2,0 x 45	Pomarańczowy	290
16	1,7 x 45	Szary	200
17	1,5 x 45	Biały	140
18	1,2 x 45	Zielony	100
18	1,2 x 32	Zielony	110
20	1,0 x 32	Różowy	64
22	0,8 x 25	Niebieski	38

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

17) PYTANIE: poz. 4, 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta umieszczoną bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym i handlowym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

18) PYTANIE: poz. 4, 5 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane pojedynczo w opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

19) PYTANIE: poz. 4, 5 - Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu ww. pozycje i stworzyć z nich niezależny pakiet?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

20) PYTANIE: poz. 4, 5 - Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy lub logo producenta na kaniuli, ponieważ w momencie incydentu medycznego „wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy", tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

21) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści: Kaniule dożylne z portem, wykonane z teflonu, z trzema dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w RTG, korek portu bocznego domykany standardowo, kaniule posiadają przezroczystą komorę kontrolną z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary:
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/minutę
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/minutę
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/minutę
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/minutę
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/minutę
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/minutę
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/minutę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opisanych powyżej kaniul.

22) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną z igłą typu Quick Flashback z natychmiastową wizualizacją prawidłowego wkłucia już na etapie cewnika, co jest bardzo w przydatne w sytuacjach wymagających natychmiastowego i pewnego wkłucia podczas akcji ratowniczej?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanej kaniuli.

23) PYTANIE: poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w dostępnych rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90 90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

24) PYTANIE: poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w następujących rozmiarach i przepływach, spełniających pozostałe parametry SIWZ:
22G 0,8 x 25mm, przepływ 31 ml/min, niebieski
20G 1,0 x32mm, przepływ 54 ml/min, różowy
18Gx 1,2 x 32mm przepływ 80 ml/min, zielony
18Gx 1,2 x 45mm przepływ 80 ml/min, zielony
17G 1,4 x45mm przepływ 125 ml/min, biały,
16G 1,7 x 45mm przepływ 180 ml/min, szary
14G 2,0 x 45 mm przepływ 270 ml/min, pomarańczowy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych kaniul.

25) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o poniższych parametrach: Sterylna kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczony koreczkiem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu widoczna w promieniach USG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi w momencie wkłucia, wyrób nie zawiera w składzie ftalanów. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ. Dostępne w następujących rozmiarach:
- 22G (niebieski), długość 25 mm, przepływ 36 -42 ml/min.
- 20G (różowy) długość 32 - 33 mm, przepływ 61 - 67 ml/min.
- 18G (zielony) długość 32 - 33 mm, przepływ 95 - 103 ml/min.
- 18G (zielony) długość 45 mm, przepływ 95-103 ml/min.
- 17G (biały) długość 45 mm, przepływ 128 -142 ml/min.
- 16G (szary) długość 45 - 50 mm, przepływ196- 236 ml/min.
- 14G (pomarańczowy) długość 45 - 50 mm, przepływ 270 - 343 ml/min.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanej kaniuli.

26) PYTANIE: poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kaniul wykonanych podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

27) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania kaniul wykonanych z poliuretanu.

28) PYTANIE: poz. 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania, pozwoli to na złożenie Państwu korzystnej oferty jakościowej i cenowej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ww. pozycji z zadania.

29) PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie zapisu „W celu zachowania pełnej kompatybilności, Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 4-5 sprzętu medycznego tego samego producenta" jaką kompatybilność Zamawiający ma na myśli?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) w tym zakresie. W załączeniu zmieniony formularz dla zadania.

30) PYTANIE: Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia w pozycjach 4 i 5 różnych producentów spełniających wymagania zawarte w SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Zadania 4 „Kaniule noworodkowe":

31) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula typu Neoflon ma być widoczna w USG, bez pasków RTG?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

32) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne wykonane z poliuretanu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie, bez zdejmowalnego uchwytu, bez portu górnego, z hydrofobowym filtrem, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, informacja o braku zawartości PCV i lateksu na opakowaniu zbiorczym kaniuli, rozmiary: 26G (0,64) – dł. 19 mm, przepływ 19 ml/min, 24G (0,74)- dł. 19 mm; przepływ 29 ml/minutę?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania 7 „Maski okołokrtaniowe":

33) PYTANIE: poz. 2 – Z uwagi na fakt, że podany zakres wagowy masek krtaniowych dla dzieci ogranicza złożenie konkurencyjnej oferty wskazując jednoznacznie na jeden typ maski – maskę krtaniową i-gel prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej z kanałem gastrycznym w następujących przedziałach wagowych i rozmiarach: <5kg dla rozm. 1 / 5-10 kg dla rozm. 1,5 / 10-20 kg dla rozm. 2 / 20-30 kg dla rozm. 2,5.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

34) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych dla dzieci renomowanej firmy Ambu o rozmiarach zgodnych z wypracowanymi przez wiodących światowych Producentów standardami, tj. : rozmiar 1 (waga pacjenta < 5 kg), rozmiar 1.5 (waga pacjenta 5-10 kg), rozmiar 2 (waga pacjenta 10-20 kg), rozmiar 2.5 (waga pacjenta 20-30 kg) z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem przedstawionym w SIWZ.

Dotyczy Zadania 8 „Pościel medyczna":

35) PYTANIE: poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na nosze w kolorze niebieskim?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pokrowca w kolorze niebieskim.

36) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na nosze w kolorze zielonym?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Zadania 9 „Rękojeści laryngoskopu":

37) PYTANIE: poz. 1, 2 - Czy zamawiający dopuści rękojeści do laryngoskopów Greenlight II renomowanej amerykańskiej firmy z oświetleniem światłowodowym LED wystarczającym na 50000 godzin. Wydajność 7x dłuższej pracy na bateriach od standardowej żarówki halogenowej. Zasilane bateriami 2 x AA oraz CR 123.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych rękojeści.

Dotyczy Zadania 10 „Rurki intubacyjne":

38) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym z termowrażliwego PCV, bez DEHP, wyposażona w różnego rodzaju znaczniki głębokości intubacji, w tym dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0, sterylna,. Linia RTG na całej długości rurki, „oczko Murphiego" rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym min. 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

39) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy końcówka rurki intubacyjnej mają być specjalnie wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, zaokrąglona i wygięta w kierunku wnętrza rurki, zmniejszając ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych w trakcie intubacji?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

40) PYTANIE: poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic o długości od ok. 30 cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) w tym zakresie. W załączeniu zmieniony formularz dla zadania.

41) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rurki nosowo – gardłowe, spełniające poniższy opis: „Rurka nosowo gardłowa wykonana z miękkiego elastycznego PVC, silikonowana, z wyraźnym numerycznym oznaczeniem rozmiaru rurki, z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli, z końcówką ściętą pod kątem i zaokrągloną, sterylna, pakowana pojedynczo, nie zawierająca lateksu, produkowana w rozmiarach 2,5-9,0 co 0,5 mm". W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o meteoryczne uzasadnienie ograniczenia konkurencji w zakresie pakietu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurek o ww. opisie. Zamawiający nie faworyzuje jednego dostawcy, tudzież producenta i w myśl nieograniczonego przetargu daje możliwość udziału innym dostępnym na rynku firmom. Zamawiający ufa, że zadane pytanie nie miało na celu wywarcia nacisku w toczącym się postępowaniu przetargowym.

42) PYTANIE: poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki nosowo-gardłowej z PCV; z końcówką ściętą pod kątem i zaokrągloną; sterylna, pakowana pojedynczo: nie zawierająca latexu; o średnicy wewnętrznej: 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że ww. pozycja dotyczy prowadnic jednorazowego użytku do trudnej intubacji dla dorosłych i dzieci.

43) PYTANIE: poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z mankietem niskociśnieniowym, wykonane z PVC, bez zawartości ftalanów, z linią RTG na całej długości rurki, z miękkimi skrzydełkami szyldu, prowadnica, dwie tasiemki mocujące, znakowany balonik, jałowa jednorazowego użytku, rozmiary 3,0 – 10,0.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania 16 „Strzykawki":
44) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

45) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawkę do pomp infuzyjnych o pojemności 50 ml ze skalą rozszerzoną do 60ml? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o meteoryczne uzasadnienie ograniczenia konkurencji w zakresie pakietu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania strzykawki 50 ml z rozszerzoną skalą do 60 ml.

46) PYTANIE: poz. 3-6 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania strzykawek, gdzie całkowita długość skali na cylindrze odpowiadała skali nominalnej strzykawki?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisane powyżej strzykawki.

47) PYTANIE: poz. 7-10 - Prosimy o wyłączenie z pakietu ww. pozycji, co pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę większej liczbie wykonawców.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

Dotyczy Zadania 20 „Urologia, miski nerkowate":

48) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-10 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy:

49) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, to Zamawiający uzna wymogi ustawowe w tym zakresie za spełnione.

50) PYTANIE: § 3 ust. 2 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno, a nie wraz z towarem. W przypadku naszej firmy, towar wysyłany jest z magazynu za granicą, natomiast faktury z biura mającego inną lokalizację, co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje także możliwość przesyłania skanu faktury lub faktury w formie pliku .pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową), w dniu dostawy towaru. Czy Zamawiający dopuszcza któraś z możliwości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w przedstawionej powyżej sytuacji do przesyłania faktury w formie pliku .pdf na adres mailowy kancelaria@meditrans.waw.pl (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową), w dniu dostawy towaru.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
Karol Bielski

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rucińska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS" SPZOZ

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

ZADANIE 3. Igły medyczne i kaniule

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta i numer katalogowy	Jedn. wym.	Ilość	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8)	Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Igły sterylne j.u. 0,5 – 0,9 drożne, niepirogenne, nietoksyczne; pojedynczo pakowane – 100 sztuk w pudełku; ostre, z nasadką do strzykawek Luer, silikonowane. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka	Producent: ..... Numer katalogowy:	op.	1 000					
2.	Igły sterylne j.u. 1,2 drożne, niepirogenne, nietoksyczne; pojedynczo pakowane – 100 sztuk w pudełku; ostre, z nasadką do strzykawek Luer, silikonowane. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka	Producent: ..... Numer katalogowy:	op.	500					
3.	Igły jednorazowe bezpieczne, ostre, sterylne, zintegrowana osłona zabezpieczająca przed zakłuciem w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły; aktywacja mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, lub o powierzchnię płaską bezpośrednio po iniekcji; dwupunktowa blokada osłony zabezpieczającej; opakowanie papier - folia. Rozmiar 0,3 mm - 1,2 mm; opakowanie a' 100 szt.	Producent: ..... Numer katalogowy:	op.	1200					

4.	Sterylna kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi dołączonymi do oferty). Kaniule posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczającym przed wypływem krwi w momencie wkłucia; nazwa producenta lub nazwa własna kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli. Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów. Bez dodatkowego, bocznego otworu na końcu cewnika kaniuli. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ. Dostępne w następujących rozmiarach: 22G (niebieski), długość 25 mm, przepływ 36 - 42 ml/min 20G (różowy) długość 32 - 33 mm, przepływ 61 - 67 ml/min 18G (zielony) długość 32 - 33 mm, przepływ 103 ml/min 18G (zielony) długość 45 mm, przepływ 96-103 ml/min 17G (biały) długość 45 mm, przepływ 128 - 133 ml/min 16G (szary) długość 45 - 50 mm, przepływ196 - 236 ml/min 14G (pomarańczowy) długość 45 - 50 mm, przepływ 270 - 343 ml/min; Parametr punktowany: zabezpieczenie igły w pełni zamykające ostrze i światło igły: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: …….. (wpisać)	Producent: …… Numer katalogowy: ……	szt.	30 000					

5.	Sterylna kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczony okrągłym koreczkiem, wykonana z teflonu, widoczna w promieniach USG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczającym przed wypływem krwi w momencie wkłucia; nazwa producenta lub nazwa własna kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli, wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów. Bez dodatkowego, bocznego otworu na końcu cewnika kaniuli. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ. Dostępne w następujących rozmiarach: 22G (niebieski), długość 25 mm, przepływ 36 - 42 ml/min 20G (różowy) długość 32 - 33 mm, przepływ 61 - 67 ml/min 18G (zielony) długość 32 - 33 mm, przepływ 103 ml/min 18G (zielony) długość 45 mm, przepływ 96-103 ml/min 17G (biały) długość 45 mm, przepływ 128 - 133 ml/min 16G (szary) długość 45 - 50 mm, przepływ196 - 236 ml/min 14G (pomarańczowy) długość 45 - 50 mm, przepływ 270 - 343 ml/min Parametr punktowany: kaniula pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające kaniulę przed utratą jałowości: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ..... (wpisać)	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	110 000					

6.	Zestaw do centralnego wkłucia z dostępu obwodowego j.u., nie pirogenny, nietoksyczny, sterylny; składający się z cewnika centralnego, jedno-światłowego; wprowadzenie metodą Selingera; wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała; zawierający zestaw do wprowadzania oraz uchwyt do mocowania na skórze, cewnik widoczny w RTG; zestaw umieszczony na tacy	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	60					
7.	Zestaw do nakłucia osierdzia. Skład zestawu: kateter 6, 7F dług. 30 cm; igła prosta - 70mm; prowadnik 0,38" typ Jx48 cm; strzykawka 10 ml	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	5					
					Razem:		XX		

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy" Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Szkolenie personelu z zakresu zapobiegania i postępowania z ostrymi narzędziami, potwierdzone certyfikatem: ..... (wpisać: TAK/NIE)

Punkty za parametry techniczne: ..... pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.

Termin dostawy: ..... dni (wpisać)

.....

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 10. Rurki intubacyjne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta i numer katalogowy	Jedn. wym.	Ilość	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8)	Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym , wykonana z termoplastycznego silikonowanego PVC, bez zawartości ftalanów, wyposażona w różnego rodzaju znaczniki głębokości intubacji, w tym dwa w postaci pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, „oczko Murrph'ego" rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w trzech miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki; sterylna; opakowanie papier folia z punktowymi fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,0 – 10,0	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	3 200					
2.	Rurka ustno-gardłowa z blokadą zagryzienia ułatwiającą przechodzenie cewnika odsysającego, cyfrowym oznaczeniem rozmiaru, kodowanie kolorem, sterylna; rozmiary 00-5cm; 0-6cm; 1-7cm; 2-8cm i 2-9cm; 3-10cm, 4-11cm; pakowane pojedynczo	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	2 500					
3.	Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych (długość 37-40 cm), dzieci (długość 30-34 cm), jednorazowe, sterylne, elastyczne, koniec zagięty.	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	1200					
4.	Rurka nosowo-gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego i delikatnego PCV medycznego; z barwnym kodem (dopasowanie do cewnika ssania); z obrotowym uchwytem bezpieczeństwa; z końcówką ściętą pod kątem i zaokrągloną; sterylna, pakowana pojedynczo: nie zawierająca latexu; o średnicy wewnętrznej: 4, 5, 6, 7, 8, 9mm	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	420					

5.	Prowadnica jednorazowego użytku do trudnej intubacji dla dorosłych i dzieci	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	280					
6.	Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, wykonane z PVC silikonowego, bez zawartości ftalanów, z linią RTG na całej długości rurki, z miękkimi skrzydełkami szyldu, szyld przezroczysty z informacją na temat średnicy i długości rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzenie, dwie tasiemki mocujące, znakowany balonik, jałowa jednorazowego użytku, rozmiary 3,0 – 10,0.	Producent: ..... Numer katalogowy:	szt.	60					
					Razem:		XX		

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy" Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ..... dni (wpisać)

.....

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy