



Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

WSPRiTS/ZP/R9/2016  
ZP.261.29.2016

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 306853 – 2016 z dnia 09.09.2016 r. na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/29/16]**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

#### Dotyczy Zadania 1 „Aparaty do EKG”:

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści 12 kanałowy elektrokardiograf przenośny o poniższych parametrach: wymiary 35 x 10 x 20 cm; waga 2,0 kg; kolorowy ekran dotykowy TFT o przekątnej 4,3”, rozdzielczość 480 x 270. Graficzne zobrazowanie na ekranie prawidłowości podłączenia elektrod EKG z sygnalizacją optyczną braku kontaktu. Wzmocnienie regulowane ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 2.5, 5, 10, 20 mm/mV i Auto. Odprowadzenia Standard, Cabrera. Opcje wydruku: - wewnętrzna drukarka termiczna, rozdzielczość 8 punktów/mm, papier termiczny, składany lub rolka o szerokości 114 mm; - zewnętrzna drukarka komputerowa A4. Prędkość przesuwu papieru 10, 25, 50 mm/s. Formaty wydruku raportów: a) drukarka wewnętrzna: wydruk automatyczny: 3x4, 3x4 + 1Rytm, 2x6, cykle uśrednione: 3x4 + 3Rytm, 2x6 + 1Rytm, zapis rytmu: 3 odprowadzenia; b) zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa: wydruk automatyczny: 3x4, 3x4 + 1Rytm, 2x6, 12x1, cykle uśrednione: 3x4 + 3Rytm, 2x6 + 1Rytm. Automatyczna interpretacja wyników badania; Pasma przenoszenia min. 0,3 do 150 Hz; Częstość próbkowania min. 1 000 próbek/sekundę/kanał; Detekcja stymulatorów serca. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy, czas ładowania < 3 godzin. Filtry: linii bazowej, mięśniowy, sieciowy 50 Hz. Wewnętrzna pamięć 25 zapisów EKG. Zewnętrzna archiwizacja zapisów EKG bez ograniczeń za pomocą połączenia USB. Opcje komunikacji: 2 porty USB. Warunki pracy: temperatura +10°C do +40°C, wilgotność względna 15 - 95% bez kondensacji, ochrona przed impulsem defibrylatora. Na wyposażeniu: kabel 10 odprowadzeniowy EKG z elektrodami wielorazowymi kończynowymi oraz przedsercowymi.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyżej opisane aparaty do EKG.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do EKG był dostarczony na statywie mobilnym z koszykiem na akcesoria, umożliwiającym pracę personelowi medycznemu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga wyższego.

#### Dotyczy Zadania 3 „Kaniule dożylnie noworodkowe”:

3) **PYTANIE: poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z teflonu?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

4) **PYTANIE: poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

5) **PYTANIE: poz. 1** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na opakowaniu informacji o braku zawartości PCV?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu  
Pety Medycyny 2009



**Dotyczy Zadania 6 „Maszyna do dezynfekcji”:**

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, lecz posiada deklarację CE? Preparaty kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi, zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

4) **PYTANIE:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wózka transportowego? Oferowane urządzenie jest lekkie i poręczne, o maksymalnej wadze do 6 kg, nie stwarzające konieczności stosowania wózka.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający odstępuje od wymogu wózka w przypadku oferowania urządzenia, które jest lekkie i poręczne, o maksymalnej wadze do 6 kg.

**Dotyczy Zadania 10 „Termometry lekarskie”:**

5) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania termometru nie zawierającego rtęci, cyfrowego. Termometr nadający się do dezynfekcji, wodoszczelny, z pomiarem w zakresie 32-42,9°C, automatyczny sygnał dźwiękowy po dokonaniu pomiaru, w zestawie etui.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

z up. DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIEGOWY

Adam Baczyński

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sztorc

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 52 51 293