



WSPRiTS/ZP/130/2016  
ZP.261.29.2016

Warszawa, dnia 15 września 2016 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 306853 – 2016 z dnia 09.09.2016 r. na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/29/16]**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA (część II)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

#### **Dotyczy Zadania 6 „Maszyna do dezynfekcji”:**

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie pozwalające na dezynfekcję pomieszczeń o kubaturze do 250m<sup>3</sup>? Zgodnie z SIWZ urządzenie ma być przeznaczone do dezynfekcji karet, których kubatura nie przekracza 50m<sup>3</sup> więc wprowadzenie wymogu posiadania tak dużej kubatury nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyżej opisane urządzenie.

2) **PYTANIE:** Prosimy o doprecyzowanie, jaką skutecznością biobójczą powinno charakteryzować się zaoferowane urządzenie w podanym przez Zamawiającego czasie 30 minut?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie działało bakteriobójczo w podanym czasie 30 minut również na gronkowca złocistego (*Staphylococcus aureus*)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiająca dopuszcza powyższe.

4) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie działało sporobójczo w podanym czasie 30 minut również na *Clostridium Difficile* oraz *Bacillus Subtilis*?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiająca dopuszcza powyższe.

5) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie działało wirusobójczo w podanym czasie 30 minut również na Norowirusa?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiająca dopuszcza powyższe.

6) **PYTANIE:** Prosimy o wyjaśnienie, czy oczekiwana przez Zamawiającego aktywność wobec bakterii, grzybów, wirusów oraz sporów ma być uzyskiwana w czasie 1 procesu zamglawiania? Na rynku dostępne są systemy, które do uzyskania pełnego działania sporobójczego i wirusobójczego wymagają przeprowadzenia dwukrotnego procesu zamglawiania. W jakim czasie powinna być uzyskana taka aktywność?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie procesu zamglawiania, które będzie najbardziej korzystne do celów przeprowadzenia dezynfekcji dla Zamawiającego.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny 2009



7) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie działające w oparciu o środek dezynfekcyjny zawierający nadtlenek wodoru o stężeniu 2,5%? Dla Zamawiającego najistotniejsze powinny być osiągnięte rezultaty biójcze oraz szybkość i bezpieczeństwo użytkowania, a nie skład preparatu dezynfekcyjnego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

8) **PYTANIE:** Ponieważ w chwili obecnej w Europie nie istnieje jednolita, zharmonizowana norma dla dezynfekcji przez zamglawianie, a jedyną normą pozwalającą na zbadanie skuteczności dezynfekcji metodą zamglawiania jest francuska norma NF-T 72-281, na której bazować ma przyszła norma europejska. Czy mając na względzie powyższe Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wymagania ww. normy?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

9) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby skuteczność biobójcza zaoferowanego zestawu (urządzenie + środek dezynfekcyjny) była potwierdzona badaniami niezależnej, akredytowanej instytucji badawczej?


**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

10) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o masie 6 kg, wyposażone w rączkę do przenoszenia, nie posiadające wózka transportowego? Przy tak niskiej wadze urządzenia wózek transportowy jest elementem zbędnym.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanego urządzenia.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

z up. DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Adam Baczyński