



Warszawa, dnia 17 lipca 2018 r.

WSPRiTS/ZP/191/2018
ZP.261.20.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2018/S 125-284390 z dnia 03.07.2018 r. na dostawy drobnego sprzętu medycznego diagnostycznego i transportowego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/20/18].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 2 „Kaski ochronne”:

1) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kasku ochronnego wykonanego z tworzywa ABS o wysokiej wytrzymałości o poniższych parametrach: waga ok. 300 gr; regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 53-64 cm; trzypunktowa regulacja głębokości więźby zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy; otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu dla optymalnej cyrkulacji powietrza; obniżają temperaturę średnio o 2-3°C; więźba tekstylna z terylenu dopasowuje się do kształtu głowy użytkownika; w części przedniej bawełniany napotnik pokryty porowatym poliuretanem; otwory na bokach hełmu umożliwiają zamocowanie dodatkowych akcesoriów; duża powierzchnia na umieszczenie logo z przodu, z tyłu oraz po bokach hełmu; przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do +50°C; odporny na odpryski stopionego metalu oraz na boczne odkształcenia; spełnia wymagania normy EN397?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kasku opisanego powyżej.

2) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kasku ochronnego wykonanego z polietylenu wysokiej gęstości HDPE zabezpieczonego przed UV, który spełnia normy CE 0082, EN 397:1995/A1:2000, EN 50365:2002, Dyrektywa ŚOI 89/686/EWG, EN397 Hełmy budowlane ochronne? Parametry techniczne: +50°C -10°C: Temperatury standardowe -10°C / +50°C; 440VAC: Izolacja elektryczna; EN50365:2002 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia. Więźba z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) z 8 punktami zamocowania z regulacją płynną. Potnik z gąbki. Regulacja obwodu od 53 do 63 cm wokół głowy. Materiały: Hełm: polietylen wysokiej gęstości (HDPE). Kolor biały. Waga: 370 g. Rozmiary: regulowany.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kasku opisanego powyżej.

Dotyczy Zadania 9 „Sprzęt diagnostyczny”:

3) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora, który przeznaczony jest do resuscytacji noworodków, samorozprężalny, z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H₂O, z rezerwuarem tlenu o objętości 600 ml, objętość worka resuscytatora 280 ml, z maską silikonową dla noworodków i wcześniaków?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.



4) PYTANIE: poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ssaka spełniającego poniższe wymagania: Ssak nożny do stosowania w ratownictwie medycznym, z zestawem drenów do odsysania oraz pojemnikiem na treść służący do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych, przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/ Transportu. Nadaje się również do stosowania w salach szpitalnych. Powierzchnia ssaka jest łatwa do czyszczenia. Maksymalna siła ssania – 615 mmHg. Wydajność ssania – powyżej 28 l/min, przy 2 uciśnięciach na sekundę (max 72 l/min) – podciśnienie 0,82 bara. Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku o pojemności 650ml z możliwością sterylizacji w autoklawie. Wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepelnieniem. Ciągły przepływ zasysania przy 40 uciskach na minutę. Długość cewnika 1,5 m + 2 końcówki ssące o średnicy wew. 5 i 7 mm. Waga 850 g. Wymiary 180x130x110 mm (150 mm z nierozłożonym pedałem). W skład kompletu wchodzi: ssak, pojemnik wielorazowego użytku 650 ml, wbudowany filtr bakteryjny oraz cewnik o długości 15 m z końcówkami 5 i 7 mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie ssaka opisanego powyżej.

Dotyczy Zadania 10 „Sprzęt transportowy”:

5) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na kamizelkę spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, ale wykonaną z tworzywa sztucznego Planwil? Nie wpłynie to w negatywny sposób na wartość funkcjonalno – użytkową kamizelki, a jedynie zapewni Zamawiającemu produkt, który jest bardzo łatwy do utrzymania w czystości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania kamizelki opisaną powyżej.

6) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koca bakteriostatycznego w rozmiarze 140 cm x 200 cm o parametrach: doskonały higieniczny, nadający się do dekontaminacji, izolujący ciepło i bardzo wygodny koc bakteriostatyczny, dedykowany szczególnie przy udzielaniu pierwszej pomocy do ambulansów oraz dla służb ratunkowych. Koc bakteriostatyczny chroni przed zimnem oraz utrzymuje ciepło pacjenta dzięki specjalnej powłoce termicznej. Cechy charakterystyczne produktu: powłoka bakteriostatyczna wykonana jest z poliestru powleczonego poliuretanem (160g/m²); produkt o właściwościach niepalnych; wentylowany - oddychający, utrzymujący ciepło; wodoodporny – nie przepuszcza płynów i cieczy; bakteriostatyczny – zapobiega rozwojowi bakterii i drobnoustrojów; wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne; łatwy w czyszczeniu; dezynfekcja ogólnodostępnymi płynami z użyciem gąbki; możliwość prania w pralce w temperaturze do 90°C.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie koca opisanego powyżej.

Dotyczy Zadania 14 „Worki chroniące dla noworodków”:

7) PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania worka chroniącego dzieci przed utratą ciepła w rozmiarze: mały < 1 kg (dł. 38 cm x wys. 30 cm) z rzepowym zapięciem i regulowanym kapturem. Jest to nowy model worka neohelp.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania worka opisanego powyżej.

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy:

8) PYTANIE: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, to Zamawiający uzna wymogi ustawowe w tym zakresie za spełnione.