



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 22 525 14 05 FAX 22 525 13 80

PN - EN ISO 9001:2009; PN - EN ISO 14001:2005; PN - N - 18001:2004

WSPRiTS/ZP/ 58/2015

Warszawa, dnia 19 marca 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 55680 – 2015 z dnia 13.03.2015 r. na zaopatrzenie pracowni RTG [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/9/15]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

1) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie producenta błon i odczynników na których Szpital aktualnie pracuje.

ODPOWIEDŹ: Carestream.

2) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zielonoczułych filmów RTG o poniższych parametrach:

- Dmin = 0.21

- Gradient śr >= 2.45

- Dmax >= 3.0

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści błony oznaczone nazwą producenta oraz typem błony, a data ważności i numer produkcji widoczny jest na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Dyrektor

~~DYREKTOR~~

Artur Kamecki

Sprawę prowadzi:

Beata Kosakowska

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 525 12 43

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009

