



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

WSPRiTS/ZP/M2/2013

Warszawa, dnia 20 maja 2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 73587 - 2013 z dnia 13.05.2013 r. na okresowe przeglądy serwisowe, konserwację i naprawę sprzętu medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/21/13]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający w zakresie uprawnień do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz.679) będzie wymagał od oferentów autoryzacji producentów poszczególnych urządzeń w zakresie prowadzenia serwisu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, która odbyła szkolenie autoryzowane przez producenta urządzenia uprawniające do przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury medycznej [nie dotyczy Zadania nr 25 i 26].

Dotyczy Zadania 21 „Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy DataScope”:

2) **PYTANIE:** Prosimy o podanie aktualnego stanu licznika IABP Datascope 98XT.

ODPOWIEDŹ: Aktualny stan licznika IABP Datascope 98XT: 82,5.

Dotyczy Zadania 23 „Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Dräger”:

3) **PYTANIE:** Proszę o wyjaśnienie o jaki aparat chodzi. W opisie zadania podany jest inkubator TI500 i respirator Stephen 120. Czy miernik troponiny jest dodatkowym urządzeniem? Jeżeli tak, proszę o podanie pełnej nazwy i producenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki pisarskiej. Poniżej zmodyfikowany formularz cenowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) dla **Zadania nr 20, 21, 22, 23**. Oferty należy składać z uwzględnieniem ww. zmian.

Dyrektor

DYREKTOR

Artur Kamecki

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Sztorc
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



ZADANIE 20: Serwis i naprawa ssaków mechanicznych ręczno/ nożnych firmy Ambu

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. wymag	Ilość	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4 x 5)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 6 x 7)	Wartość brutto (obliczyć: 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przeгляд techniczny ssaków ręczno/ nożnych firmy Ambu.	szt.	60					
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h.	60					
Razem:								
						XX		

Przeгляд techniczny obejmuje:

- sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i ew. czyszczenie
- przeгляд techniczny
- przeгляд dokonywany ma być do 10 dni roboczych

..... data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 21. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy DataScope

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. wymag	Ilość	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4 x 5)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 6 x 7)	Wartość brutto (obliczyć: 6 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9
1	Przebieg serwisowy pompy do kontrpulsacji wewnętrzzaortalnej DataScope wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego	szt.	1					
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h.	5					
Razem:								
						XX		

Przebieg techniczny obejmuje:

- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i ew. czyszczenie
- przebieg techniczny
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów
- wystawienie Protokołu Przebiegu i Raportu Serwisowego
- przebieg dokonywany ma być do 10 dni roboczych

..... data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 22. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medtronic

LP	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. wymag	Ilość	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4 x 5)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 6 x 7)	Wartość brutto (obliczyć: 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przeгляд serwisowy defibrylatorów Lifepak 12 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego	szt.	8					
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h.	8					
2	Przeгляд serwisowy ładowarki do akumulatorów M-Bass wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego	szt.	5					
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h.	5					
3	Przeгляд serwisowy ładowarki do akumulatorów BSS2 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego	szt.	1					
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h.	1					
Razem:								
							XX	

Przeгляд techniczny obejmuje:

- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i ew. czyszczenie
- przeгляд techniczny
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów
- wystawienie Protokołu Przeгляду i Raportu Serwisowego
- przeгляд dokonywany ma być do 10 dni roboczych

.....
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 23. Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Dräger

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. wymag	Ilość	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4 x 5)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 6 x 7)	Wartość brutto (obliczyć: 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przeгляд serwisowy inkubatora transportowego Dräger TI 500 z respiratorem Stephen F120 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego	szt.	1					
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h.	20					
Razem:								
						XX		

Przeгляд techniczny obejmuje:

- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i ew. czyszczenie
- przeгляд techniczny
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów
- wystawienie Protokołu Przeгляdu i Raportu Serwisowego
- przeгляд dokonywany ma być do 10 dni roboczych

.....
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy