




**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;



WSPRiTS/ZP/13/2013

Warszawa, dnia 23 września 2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 188457 - 2013 z dnia 17.09.2013 r. na zakup mebli medycznych i wyposażenia do Oddziału Kardiologicznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/34/13]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 1 „Meble medyczne i wyposażenie”:

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyszczególni zamówienie na stół zabiegowo-operacyjny jako osobne zadanie (pakiet)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z 4-segmentowym blatem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z hydrauliczną regulacją wysokości stołu od min. 600 mm do min. 950 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z hydrauliczną regulacją wysokości stołu od min. 600 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

5) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z pneumatyczną regulacją pozycji Trendelenburga wynoszącą 30°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

6) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z pneumatyczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga wynoszącą 30°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

7) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z pneumatyczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga wynoszącą 25°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

8) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z pneumatyczną regulacją części plecowej w zakresie od -40° do 70°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



9) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z pneumatyczną regulacją części nożnej w zakresie od -90° do 25°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

10) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół hydrauliczny, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 670mm do 1030mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

11) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokości stół z hydrauliczną regulacją przechyłu bocznego, Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

12) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją pozycji anty-Trendelenburga do 30°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

13) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół, w którym regulacja segmentu oparcia pleców odbywa się w zakresie od -30° do 65°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

14) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości hydrauliczny stół operacyjny, w którym regulacja podnóżków odbywa się w zakresie -85° do +16°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

15) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości hydrauliczny stół operacyjny, blokowany centralnie za pomocą czterech hydraulicznie wysuwanych nóżek za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej od strony głowy pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

16) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości hydrauliczny stół operacyjny, w którym regulacja wszystkich hydraulicznych funkcji (w tym wysokości) odbywa się za pomocą wyboru odpowiedniej funkcji na ręczce umieszczonej przy blacie od strony głowy pacjenta, a następnie przy pomocy odpowiedniego pedału nożnego umieszczonego na podstawie stołu od strony głowy pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

17) **PYTANIE:** Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości hydrauliczny stół operacyjny, w którym regulacja podgłówka odbywa się w zakresie +/-40°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

18) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 2000 mmx 550 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

19) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością wykonywania zdjęć RTG, przezierny z wyłączeniem ok. 3 cm odcinka (na wysokości karku pacjenta) co jest wynikiem zastosowanej konstrukcji stołu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

20) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 740-1040 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

21) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją przechyłów bocznych w zakresie +/-25°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

22) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją przechyłów wzdłużnych w zakresie +/-30°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

23) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści stół z płynną bezstopniowa, wspomaganą sprężynami gazowymi regulacją części plecowej w zakresie +75°/-45°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

24) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści stół z płynną bezstopniowa, wspomaganą sprężynami gazowymi regulacją części nożnej w zakresie +30°/-90°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

25) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści stół z wyprofilowaną podstawą w kształcie zbliżonym do litery T, umożliwiającą swobodny dostęp do operowanego pacjenta, z blokadą kół uruchamianą z jednej łatwodostępnej dźwigni u podstawy stołu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

26) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści stół z osłoną podstawy w ciemniejszej tonacji np. niebieskiej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

Dotyczy treści SIWZ i wzoru umowy:

27) PYTANIE: Czy Zamawiający wymagając zgodnie z pkt. III do SIWZ wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) głównych dostaw dla Zadania 1: mebli medycznych o wartości co najmniej 100 000 brutto PLN każda, poprzez termin mebli medycznych rozumie meble medyczne takie jak, szafy i szafki medyczne, wózki anestezjologiczne i reanimacyjne, stoły operacyjne i zabiegowe, szafki przyłóżkowe itp.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „meble medyczne” rozumie m.in. szafy i szafki medyczne, wózki anestezjologiczne i reanimacyjne, stoły operacyjne i zabiegowe, szafki przyłóżkowe itp.

28) PYTANIE: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty:

- atestu higienicznego lub innego dokumentu potwierdzającego przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych, wydany przez niezależny instytut badawczy Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny,

- atestu higienicznego na zastosowane blaty meblowe, farby proszkowe, wydane przez niezależny instytut badawczy Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga złożenia atestu higienicznego lub innego dokumentu potwierdzającego przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych, wydany przez niezależny instytut badawczy Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny oraz atestu higienicznego na zastosowane blaty meblowe, farby proszkowe, wydane przez niezależny instytut badawczy Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny.

Dyrektor

~~DYREKTOR~~

~~mgr inż. Kłopotnicki~~