WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE
UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 22 525 14 05 FAX 22 525 13 80
PN - EN ISO 9001:2009; PN - EN ISO 14001:2005; PN - N - 18001:2004

WSPRiTS/ZP/36/2017
ZP.261.2.2017

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2017/S 017-027323 z dnia 25.01.2017 r. na zakup jednorazowych artykułów medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/2/17].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 3 „Ciśnieniomierze elektroniczne":

1) **PYTANIE: poz. 2 -** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mankietu na ramię od 23 cm do 33 cm obwodu, który jest kompatybilny z ciśnieniomierzem z pozycji nr 1?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisany powyżej mankiet.

Dotyczy Zadania 4 „Kołnierze ortopedyczne":

2) **PYTANIE: poz. 1 -** Czy Zamawiający dopuści 2-częściowy kołnierz dla dorosłych, z profilowanym, nieskładanym podbródkiem, posiadający 4 stopnie regulacji, jak na poniższym zdjęciu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisany powyżej kołnierz.

3) **PYTANIE: poz. 2 -** Czy Zamawiający dopuści 2-częściowy kołnierz dla dzieci, z profilowanym, nieskładanym podbródkiem, posiadający 3 stopnie regulacji, jak na poniższym zdjęciu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisany powyżej kołnierz.

4) PYTANIE: poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierzy ortopedycznych o parametrach: proponowane kołnierze ortopedyczne są sztywnymi kołnierzami stabilizującym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowymi, wielorazowego użytku, wielorozmiarowymi, regulowanymi. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Posiada czterostopniową (dla dzieci – trzystopniową) regulację wysokości podparcia żuchw. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Kołnierze wykonane zostały z tworzywa sztucznego i specjalnej pianki z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. Jest łatwo zmywalny. Technologia spieniania przy użyciu azotu pod wysokim ciśnieniem sprawia iż w piance nie pozostają toksyczne pozostałości. W związku z tym kołnierze są nietoksyczne i hipoalergiczne. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. Są dostępne w dwóch rozmiarach: Adult (dla dorosłych) i Pediatric (dla dzieci). Kołnierz dla dorosłych posiada czterostopniową regulacją wysokości. Kołnierz dla dzieci posiada trzystopniową regulacją wysokości. Zaoferowany rozmiary kołnierzy są standardowymi rozmiarami tego typu asortymentu. Dopuszczenie ww. zmiany nie wpływa na wartość funkcjonalno-użytkową kołnierzy. Poza tym zaakceptowanie ww. zmian pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę Wykonawców, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisane powyżej kołnierze.

Dotyczy Zadania 5 „Krzesełka kardiologiczne":

5) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania krzesełka kardiologicznego Europejskiego producenta, spełniającego wymagania określone w SIWZ, z rączkami przednimi teleskopowymi z możliwością ustawienia długości i posiadającego obciążenie do 150 kg? Są to parametry nieznacznie odbiegające od wymagań Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływają na wartość funkcjonalno – użytkową krzesełka. Ponadto krzesełko kardiologiczne, które chcemy Państwu zaoferować są przez nas dostarczane do Jednostek Pogotowia Ratunkowego, są sprawdzone w praktyce i użytkowane przez ratowników medycznych w całej Polsce. Poza tym, zgodnie z ust. 2 art. 29 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, natomiast Zamawiający określił przedmiot zamówienia opisując jego parametry w sposób wskazujący jednego producenta.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na krzesełka kardiologiczne zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne parametry sprzętu, wynikające z wniosków bezpośrednich użytkowników oraz na podstawie własnych doświadczeń. Zamawiający ma prawo określić produkt o konkretnych parametrach technicznych i nie ma on obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

6) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesełka kardiologicznego wyposażone w dwie pary tylnych rączek o długości 18 cm, bez nieścieralnej tabliczki znamionowej ze znakiem CE, modelem oraz grawerowanym numerem seryjnym?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opisanego powyżej krzesełka.

7) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w z produkcji w drugiej połowie 2016 roku?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Zadania 7 „Latarki diagnostyczne":

8) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do postępowania latarkę diagnostyczną - długopisową, o ciepłej barwie światła - ułatwiającej dostrzeżenie naczyń krwionośnych i zaczerwienienia tkanki, zasilaną jedną baterią typu AAA, obudowa - aluminium lotnicze, wyposażonej w klips do zaczepiania?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyżej opisaną latarkę.

9) PYTANIE: Czy Zamawiający będzie wymagał latarki diagnostycznej, medycznej, ze źródłem światła LED generującym światło neutralne, pozostałe parametry zgodne z opisem? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego wpływające na komfort pracy i znacznie wydłużające czas pracy. Ponadto dioda LED ma znacznie dłuższy czas świecenia niż zwykła żarówka.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania, ale nie wymaga powyższego.

Dotyczy Zadania 8 „Kaski ochronne":

10) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kasku ochronnego w kolorze białym, żółtym lub niebieskim (możliwość wybrania koloru przez Zamawiającego w odpowiedzi do niniejszego zapytania) spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Nasze pytanie o dopuszczenie innego koloru niż wymagany w SIWZ (czerwony) umotywowane jest faktem, iż producent wycofał z produkcji kasków w kolorze czerwonym. Poza tym zaakceptowanie ww. zmian pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę Wykonawców, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych kasków.

Dotyczy Zadania 9 „Materace próżniowe":

11) PYTANIE: Zwracamy się do zamawiającego o wydłużenie punktowanego terminu dostawy do 10 dni - 1 punkt.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

12) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w z produkcji w drugiej połowie 2016 roku?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

13) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca próżniowego spełniającego określone wymogi siwz, w zestawie z pompką jednokierunkową przeznaczoną do odciągnięcia powietrza z materaca?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

Dotyczy Zadania 10 „Narzędzia medyczne":

14) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści Pinceta anatomiczna, dł. ok. 14,5 cm oraz ok. 16 cm; wykonane ze stali nierdzewnej? (numer katalogowy dla każdego rozmiaru).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.
15) PYTANIE: poz. 8 - Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie ilości wymienionych narzędzi jakie Zamawiający zamierza zamawiać.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie może przewidzieć ilości, jaką zamierza zamówić (zamówienia będą składane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem).

16) PYTANIE: poz. 12 - Czy Zamawiający wymaga dwóch rodzajów Peanów 13 cm i 16 cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania Peanów w dwóch rozmiarach 13 cm i 16 cm.

17) PYTANIE: poz. 12 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Peana zakrzywionego; wielkość od 12,5 cm dł. do 16 cm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

18) PYTANIE: poz. 13 - Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie rozmiarów ostrzy jakie Zamawiający zamierza zamawiać.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie może przewidzieć ilości którego rozmiaru, jaką zamierza zamówić (zamówienia będą składane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem). Wobec powyższego Wykonawca musi zaoferować ostrza w rozmiarach od 15 do 21.

19) PYTANIE: poz. 13 - Nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu - Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli na jednostkowym opakowaniu jest obraz ostrza wraz z numerem (rozmiarem), a bezpośrednio na ostrzu jest wygrawerowany numer ostrza (rozmiar)? W oferowanych ostrzach numer jest jednocześnie jego nazwą.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie uzna warunku za spełniony.

Dotyczy Zadania 11 „Okulary ochronne":

20) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okularów ochronnych, które są lekkie, wygodne, elastyczne, wytrzymałe, nieparujące szkła. Dopasowane, zakrzywione wokół twarzy, umożliwiają szerokie pole widzenia, bez zniekształcenia obrazu, lecz nieposiadające miękkich stref.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych okularów.

21) PYTANIE: Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane okulary mają posiadać regulowaną długość zauszników oraz kąta pochylenia?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Dotyczy Zadania 13 „Podkładki żelowe pediatryczne":

22) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie przeciwodleżynowej podkładki żelowej typu podkowa pod głowę pediatryczna, o wymiarach 140 x 35 mm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

23) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie przeciwodleżynowej podkładki żelowej typu obręcz pod głowę pediatryczna, o wymiarach 140 x 35 mm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

Dotyczy Zadania 16 „Przyrządy do przetaczania i przedłużacze do pomp":

24) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kraniki trójdrożne z objętością wypełniania maks. 0,25 ml?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

25) PYTANIE: poz. 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika o objętości maks. 0,85 ml, bez kolorowych znaczników. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych kranikow.

26) PYTANIE: poz. 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranikow z kolorowym trójramiennym pokrętłem (niebieskim lub czerwonym do wyboru). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

27) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kraniki bez kolorowych znaczników niebieski/czerwony, służących do identyfikacji linii tętniczej i żylnej?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

28) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przedłużacze o standardowej średnicy wewnętrznej drenu 1,24 mm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

29) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o średnicach 1,24 mm x 2,5 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisany powyżej przedłużacz.

30) PYTANIE: poz. 3 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przedłużaczy z drenem o średnicy 1,2 x 2,5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

31) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu z filtrem krwi, którego aktywna powierzchnia filtrująca wynosi min. 15 cm^2?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

32) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z drenem o długości 150 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego.

33) PYTANIE: poz. 4 – Czy podobnie jak w przyrządach do przetaczania płynów, Zamawiający wymaga, aby również w przyrządach do przetaczania krwi zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy otwór do umieszczania igły biorczej po użyciu, co w dużym stopniu eliminuje możliwość przypadkowego zakłucia skażoną igłą?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorczą po użyciu.

34) PYTANIE: poz. 5 – Czy Zamawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przeźroczystą?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przeźroczystą.

35) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PCV pozbawionego ftalanów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC pozbawionego ftalanów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

36) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z ostrą igłą biorczą standardową, dwukanałową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisany powyżej przyrząd.

37) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania, ale nie wymaga powyższego.

38) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania, ale nie wymaga powyższego.

39) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu bez ftalanów wraz z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów"?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga powyższego.

40) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

41) PYTANIE: poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przyrządy do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCZ z zawartością ftalanów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych przyrządów.

42) PYTANIE: poz. 7 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

Dotyczy Zadania 18 „Rękawice diagnostyczne":
43) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,23±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,15±0,01mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 650%, spełniające pozostałe wymagania siwz?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

44) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Posiadających zewnętrzną warstwę antypoślizgową, mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. Opakowanie foliowe podciśnieniowe (składane). Grubość ścianki palca 0,21 mm, dłoni 0,19 mm, mankietu 0,16 mm, rozciągliwość przed/ po starzeniu min. 901%/1060%, koloru kremowego. o obniżonym poziomie AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych rękawic.

45) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych, o syntetycznej powłoce polimerowej (poliuretanowej), wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, posiadających mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, antypoślizgowa (Idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności). Grubość na dłoni 0,21 mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 780 - 820%.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

46) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Posiadających zewnętrzną warstwę antypoślizgową, mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. Opakowanie foliowe podciśnieniowe (składane). Grubość ścianki palca 0,25 mm, mankietu 0,19 mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 925 - 1025%, po starzeniu koloru kremowego. o obniżonym poziomie AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych rękawic.

47) PYTANIE: poz. 1, 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic neoprenowych sterylnych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, kolor zielony, z zewnętrzną warstwą teksturowaną. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,19-0,20mm, dłoni 0,17-0,18mm, mankiecie 0,15-0,16mm, długość min. 300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1230%. Przebadane zgodnie z normą EN 374, ASTM 1671, odporne na przenikanie cytostatyków oraz pozbawione tiuramów, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Na każdej rękawicy informacja o rozmiarze. Opakowanie wew. papierowe, zew. papier/folia (nie składane na pół). Rozmiary 6,0-9,0; opakowanie po 50 par.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

48) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze zielonym o grubości na palcu 0,21±0,02mm, dłoni 0,20±0,02mm, mankiecie 0,14±0,02mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 650%, spełniające pozostałe wymagania siwz?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

49) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

50) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w opakowaniu po 40 par.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

51) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic wykonanych w 100% z poliizoprenu, posiadających wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa z anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Grubość na palcu wynosząca 0,27 mm wpływająca korzystnie na barierowość rękawic.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

52) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości rękawic min. 278 mm, zakrywającej w pełni mankiet fartucha.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

53) PYTANIE: poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic od frontu w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych; polimerowych od strony roboczej, chlorowanych od wewnątrz, z folią ograniczającą otwór dozujący, zgodnych z wymienionymi normami w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE kategorii III, pozbawione tiuramów (poniżej poziomu wykrywalności), koloru białego, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,02mm, o średniej grubości na dłoni 0,07 ± 0,01mm, na mankiecie 0,06 ±0,01mm, pakowane po max. 150 sztuk. Zgodne z normą 374-1(z wyłączeniem pkt. 5.3.2). Odporne na przenikanie substancji chemicznych (z wyłączeniem załącznika A normy EN 374-1) zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych rękawic.

54) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08±0,01mm, dłoni 0,07±0,01mm, mankiecie 0,06±0,01mm, spełniające pozostałe wymagania siwz?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

55) PYTANIE: poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic nitrylowych o obniżonej grubości. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,12mm, dłoni 0,08mm, mankiecie 0,06mm. Opakowanie S, M, L, XL a'200 sztuk, z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy, wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

56) PYTANIE: poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawice o poniższym opisie: rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,36mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm, długość min. 300mm, siła zrywająca przed starzeniem min. 28N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie a'25 par, rozmiary S-XL.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

57) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 293mm, rozciągliwości przed starzeniem 750%, sile zrywu przed starzeniem 28N, spełniające pozostałe wymagania siwz?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

58) PYTANIE: poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic lateksowych bezpudrowych o kształcie anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Grubość na palcu min. 0,27 mm, dłoni 0,22 mm, mankietu 0,16 mm, o długości min. 270 – 285 mm (w zależności od rozmiaru), rozciągliwość przed starzeniem min. 850%, siła zrywania przed starzeniem min. 18N. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Poziom protein $\leq$ 10 µg/g. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

59) PYTANIE: poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika dopasowanego do wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki lub artykułów typu chusteczki, myjki w twardych opakowaniach, wykonany z tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie, o wymiarach: wysokość – 165 mm; szerokość – 100 mm; możliwość instalowania pudełek o szerokości 100 -130 mm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opisanego powyżej dozownika.

Dotyczy Zadania 19 „Rękawiczki medyczne":

60) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08±0,02mm, dłoni 0,07±0,02mm, mankiecie 0,06±0,02mm, spełniające pozostałe wymagania siwz?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

61) PYTANIE: poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic nitrylowych o nieznacznie różniącej się grubości na dłoni 0,08mm oraz palcu 0,12mm. Rękawice, które chcemy zaoferować zapewniają wyższą ochronę i bezpieczeństwo użytkowników, przy zachowaniu tych samych właściwości chwytnych.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

62) PYTANIE: poz. 1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawiczek diagnostycznych nitrylowych o nieznacznej różnicy w medianie grubości pojedynczej ścianki, gdzie grubość palca wynosi max.0,11mm, dłoni max. 0,07mm, mankietu max. 0,06mm, w zależności od rozmiaru, spełniających pozostałe wymagania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

63) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zewnętrznie mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, chlorowanych od wewnątrz, pakowanych po max. 200 szt.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opisanych powyżej rękawic.

64) PYTANIE: poz. 1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawiczek diagnostycznych nitrylowych o nieznacznej różnicy w grubości pojedynczej ścianki na palcu tj. o grubości 0,10 – 0,12mm (mocniejsze, bardziej odporne na uszkodzenia, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w pracy w ratownictwie medycznym), o długości min. 240mm, polimerowanych od wewnątrz (ułatwia zakładanie rękawic i poprawia komfort pracy), przebadanych na przenikanie min. 25 substancji chemicznych, w tym powyżej 8 na poziomie min. 2 (między innymi 70% Isopropanol), AQL 1,0, sile zerwania przed i po starzeniu min.8N, rozciągliwości przed i po starzeniu min. 650%, zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej Kategorii III, w rozmiarach XS, S, M, L, XL pakowanych po 100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości), w opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiarów).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

65) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, o grubości na palcu 0,12mm; na dłoni 0,08mm i mankiecie 0,05 mm. Rolowany mankiet, teksturowany tylko na palcach. W kolorze niebieskim. Polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz. Długość min. 240 mm. Odporne na przenikalność co najmniej 8 substancji chemicznych, na co najmniej 2 poziomie ochrony, co zostało potwierdzone kartą danych technicznych. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a`100 sztuk XS-XL z przeliczeniem ilości?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

66) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,05mm i mankiecie 0,04mm pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych rękawic.

67) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz bez zewnętrznej warstwy polimerowej?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyżej opisanych rękawic.

68) PYTANIE: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawiczek diagnostycznych nitrylowych o nieznacznej różnicy w grubości pojedynczej ścianki na palcu tj. o grubości 0,10 – 0,12mm (mocniejsze, bardziej odporne na uszkodzenia, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w pracy w ratownictwie medycznym, a jednocześnie zapewniające bardzo dobre czucie), o długości min. 240mm, polimerowanych od wewnątrz (ułatwia zakładanie rękawic i poprawia komfort pracy), przebadanych na przenikanie min. 20 substancji chemicznych, w tym powyżej 8 na poziomie min. 2 (między innymi 70% Izopropanol na poziomie 3), potwierdzenie raportami z badań jednostki niezależnej, o poziomie AQL 1,0 (czyli bardziej szczelnych), o sile zerwania przed i po starzeniu min.8N, rozciągliwości przed i po starzeniu min. 650%, zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej Kategorii III, w rozmiarach XS, S, M, L, XL pakowanych po 100szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości) w opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiarów. Pragniemy dodać, że dopuszczenie wyżej opisanych rękawic umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert na rękawice o porównywalnej lub wyższej jakości.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

69) PYTANIE: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawiczek diagnostycznych nitrylowych o nieznacznej różnicy w grubości pojedynczej ścianki na palcu tj. o grubości 0,10mm+/-0,01mm (mocniejsze, bardziej odporne na uszkodzenia, co jest bardzo ważne w pracy w ratownictwie medycznym, a jednocześnie zapewniające bardzo dobre czucie).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice opisane powyżej.

Dotyczy Zadania 20 „Sprzęt diagnostyczno-transportowy":

70) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka resuscytacyjnego dla dzieci spełniającego wymagania SIWZ lecz z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H2O, zgodnie z wymogami Zamawiającego w poprzednich postępowaniach na dostawę resuscytatorów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

71) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora, który przeznaczony jest do resuscytacji noworodków, zawiera maskę silikonową dla noworodków i wcześniaków nr 0, 1 zastawkę bezzwrotną pacjenta, 1 przeźroczysty worek samorozprężalny, 1 rezerwuar tlenu i przewód tlenowy długości 2 m. Zestaw wykonany jest z silikonu. Umożliwia wyczucie wielkości ciśnienia. Resuscytator posiada zastawkę oddechową w kształcie stożka umożliwiającą użycie maski ustno-nosowej lub podłączenie rurki dotchawicznej. Pojemność worka resuscytacyjnego:280ml, zawór bezpieczeństwa: 40 cm H2O, zbiornik na tlen z końcówką do podawania tlenu: 600 ml.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

72) PYTANIE: poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka spełniającego poniższe wymagania: Ssak nożny do stosowania w ratownictwie medycznym, z zestawem drenów do odsysania oraz pojemnikiem na treść służący do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych, przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/transportu. Nadaje się również do stosowania w salach szpitalnych. Powierzchnia ssaka jest łatwa do czyszczenia. Maksymalna siła ssania – 615 mmHg, wydajność ssania – powyżej 28 l/min, przy 2 uciśnięciach na sekundę (max 72 l/min) – podciśnienie 0,82 bara. Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku o pojemności 650ml z możliwością sterylizacji w autoklawie. Wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem. Ciągły przepływ zasysania przy 40 uciskach na minutę. Długość cewnika 1,5 m + 2 końcówki ssące o średnicy wew. 5 i 7 mm. Waga 850 g. Wymiary 180x130x110 mm (150 mm z nierozłożonym pedałem).W skład kompletu wchodzą: ssak, pojemnik wielorazowego użytku 650 ml, wbudowany filtr bakteryjny oraz cewnik o długości 15 m z końcówkami 5 i 7 mm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opisanego powyżej ssaka.

73) PYTANIE: poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na kamizelkę spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, ale wykonaną z tworzywa sztucznego Planwil? Nie wpłynie to w negatywny sposób na wartość funkcjonalno – użytkową kamizelki, a jedynie zapewni Zamawiającemu produkt, który jest bardzo łatwy do utrzymania w czystości.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższej opisaną kamizelkę.

74) PYTANIE: poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koca bakteriostatycznego w rozmiarze 140cm x 200cm o parametrach: Doskonały higieniczny, nadający się do dekontaminacji, izolujący ciepło i bardzo wygodny koc bakteriostatyczny, dedykowany szczególnie przy udzielaniu pierwszej pomocy do ambulansów oraz dla służb ratunkowych. Koc bakteriostatyczny chroni przed zimnem oraz utrzymuje ciepło pacjenta dzięki specjalnej powłoce termicznej. Cechy charakterystyczne produktu: powłoka bakteriostatyczna wykonana jest z poliestru powleczonego poliuretanem (160g/m²); produkt o właściwościach niepalnych; wentylowany - oddychający, utrzymujący ciepło; wodoodporny – nie przepuszcza płynów i cieczy; bakteriostatyczny – zapobiega rozwojowi bakterii i drobnoustrojów; wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne; łatwy w czyszczeniu; dezynfekcja ogólnodostępnymi płynami z użyciem gąbki; możliwość prania w pralce w temperaturze do 90°C.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

75) PYTANIE: poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka spełniającego wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ, ale posiadającego płynną regulację podciśnienia do 84 kPa oraz trzystopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, który spełnia to samo zadanie co czterostopniowy wskaźnik naładowania. Są to parametry nieznacznie odbiegające od wymagań Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływają na wartość funkcjonalno – użytkową ssaka.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opisanego powyżej ssaka.

76) PYTANIE: poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania termometr elektroniczny na podczerwień, pomiar temperatury ciała w uchu, pomiar temperatury w zakresie 20-42,2 stopni Celsjusza, z wyświetlaczem LCD, łatwy w obsłudze, w zestawie z oddzielnym elementem zabezpieczającym - spełniającym zadanie etui, zasilany bateriami, zgodny z normą EN12470-3?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisany powyżej termometr.

Dotyczy Zadania 24 „Zestawy do konikotomii":

77) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do konikotomii metodą Seldingera ma posiadać rozszerzadło powleczone substancją hydrofilną, co pozwala na atraumatyczne i łatwe założenie zestawu?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

78) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający pisząc „Zestaw do szybkiej konikopunkcji dla dorosłych ..... system sygnalizacyjny igły o przeszkodę" oczekuje systemu z potrójnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku obejmujące: atraumatyczną igłę-introduktor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm i rozszerzającym na szerokość 4 mm, z potwierdzonym klikiem mechanizmem cofającym ostrze igły po osiągnięciu światła tchawicy oraz usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli, tak jak obecnie stosowany w Państwa Placówce?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania opisanego powyżej systemu.

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy:

79) PYTANIE: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
ODPOWIEDŹ: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, to Zamawiający uzna wymogi ustawowe w tym zakresie za spełnione.

80) PYTANIE: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

81) PYTANIE: § 3 ust. 6 - Zważywszy na treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie realizował zamówienie zgodnie z aktualnymi potrzebami.

82) PYTANIE: § 3 ust. 7 i 9, § 5 ust. 3 - Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 3 ust. 7 i 9 oraz w § 5 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy"?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów wzoru umowy.

83) <u>PYTANIE:</u> § 4 ust. 5 a) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą zmianę zapisu dotyczącego wysokości kar umownych za opóźnienie z 2% na 0,1% kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia dostawy.
<u>ODPOWIEDŹ</u>: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

84) <u>PYTANIE:</u> § 4 ust. 5 a) - Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 4 ust. 5 lit. a) wzoru umowy wyrażenie „2% wartości złożonego zamówienia" zostało zastąpione wyrażeniem „2% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie"?
<u>ODPOWIEDŹ</u>: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
Karol Bielski

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Sztorc
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293