



WSPRiTS/ZP/240/2017
ZP.261.38.2017

Warszawa, dnia 27 października 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP 605231-N-2017 z dnia 20.10.2017 r. na zakup akcesoriów i jednorazowych artykułów medycznych na wyposażenie ambulansów [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/38/17].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (część III)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 5 „Maski twarzowe”:

1) PYTANIE: Czy nie zaistniała omyłka w odpowiedziach z dnia 26.10.2017 r., gdyż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał, aby maska twarzowa pediatryczna (poz. ww. pakietu) nie zawierała ftalanów. Tymczasem odpowiedzi na pytania z dnia 26.10.2017 r. dopuszczają ftalan DEHP, który ze względu na potwierdzoną szkodliwość nie powinien być stosowany w branżach takich jak wyrób zabawek oraz pakowanie żywności. Zwracamy uwagę, że zgodnie z ogólnościowymi zaleceniami, wyroby medyczne przeznaczone dla dzieci, niemowląt/novorodków powinny być pozbawione wszystkich ftalanów, w tym DEHP.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki pisarskiej i modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie nr 2 z pisma WSPRiTS/ZP/269/2017 z dnia 26.10.2017 r. na: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania masek twarzowych zawierających DEHP (Zadanie 5 poz. 1).


Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR

Karol Bielski

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rucińska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu
Perty Medycyny 2009

