



WSPRiTS/ZP/80/2017  
ZP.261.10.2017

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 45766 - 2017 z dnia 17.03.2017 r. na zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/10/17].**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA (część II)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

1) **PYTANIE: poz. 2** - Prosimy o określenie dla jakiego przedziału wagowego pacjentów czujnika wymaga Zamawiający?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że w odpowiedziach na pytania przesłanych pismem nr WSPRiTS/ZP/79/2017 z dnia 27.03.2017 r. doszło do omyłki pisarskiej. Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujników w przedziałach wagowych: do 3 kg i od 3 kg do 20 kg (do wyboru przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia).

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR  
*Karol Bielski*  
Karol Bielski

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Sztorc  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Tel. /22/ 52 51 293

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny 2009

