



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SP. z o.o. w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 22 525 14 05 FAX 22 525 13 80

PN - EN ISO 9001:2009; PN - EN ISO 14001:2005; PN - N - 18001:2004

WSPRiTS/ZP/214/2014

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2014/S 232-408617 z dnia 02.12.2014 r. na dostawę drobnego sprzętu medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/45/14]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy zadania nr 1 „Respiratory pneumatyczne”:

1) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania, to jest respiratora transportowego renomowanego europejskiego producenta, który charakteryzuje się następującymi parametrami: respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od ok. 6,5 kg; waga respiratora ok. 2,5 kg; zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar; zasilanie AC 230 V, 50-60 Hz i DC 12V zintegrowane w uchwycie ściennym pozwalającym na ładowanie baterii zaraz po wpięciu; zasilanie z baterii 10 h w warunkach pracy ambulansu; wentylacja 100% tlenem i Air Mix; zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych; system testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora; możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji; tryby wentylacji IPPV, CPAP, RSI, CPR, Demand; możliwość rozbudowy o dodatkowe tryby SIMV, S-IPPV, Inhalacja; częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min.; objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 50 – 2000 ml; ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. od 0 do 20 cm H₂O – integralna funkcja respiratora; ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10 – 65 mbar; zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru; zakres temperatur pracy -18 - + 15°C; obrazowanie następujących parametrów: ciśnienie PEEP, ciśnienie maksymalne wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa; alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim; alarmy: bezdechu, nieszczelności układu, wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, rozładowanego akumulatora/braku zasilania.


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza respiratory o powyższych parametrach, z zastrzeżeniem posiadania przez oferowany produkt pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

DYREKTOR

Artur Kamecki

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Sztorc
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293

REGON 000294674; Nr KRS 000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009

