



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

WSPRiTS/ZP/150/2013

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2013/S 146-253482 z dnia 30.07.2013 r. na dostawy materiałów opatrunkowych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/32/13]**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

**Dotyczy zadania nr 1:**

**1) PYTANIE: dot. poz. 1-8** - Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga powyższego.

**2) PYTANIE: dot. poz. 4, 8** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy jałowej i kompresów jałowych chłonnych podobnie jak kompresy gazowe sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. parą wodną.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga powyższego.

**3) PYTANIE: dot. poz. 8** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów wysokochłonnych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga powyższego.

**Dotyczy zadania nr 2:**

**4) PYTANIE: dot. poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców z opatrunkiem wodoodpornych w dwóch rozmiarach 19 x 72mm i 25 mm x 72 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przylepców z opatrunkiem wodoodpornych w dwóch rozmiarach. Zamawiający wymaga rozmiaru 25 mm x 72 mm.

**5) PYTANIE: dot. poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 76mm x 25mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**6) PYTANIE: dot. poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny w arkuszach pakowanej a 5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**7) PYTANIE: dot. poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu a 5kg z przeliczeniem oferowanych ilości?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.






# WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SP. z o.o. w WARSZAWIE

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;



8) **PYTANIE:** dot. poz. 14, 15, 16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych szybkowiązających z czasem wiązania 4 – 6 minut.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Dotyczy zadania nr 6:

9) **PYTANIE:** dot. poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści serwety z drugą warstwą wykonaną z folii polietylenowo-polipropylenowej, która jest bardziej miękka a co za tym idzie, lepiej się układa?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

10) **PYTANIE:** dot. poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 37,5 cm x 45 cm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

11) **PYTANIE:** dot. poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety trzywarstwowej (włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 74 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 45 cm x 75 cm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

12) **PYTANIE:** dot. poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety trzywarstwowej (włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 74 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 50 cm x 50 cm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

13) **PYTANIE:** dot. poz. 2 i 4 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

### Dotyczy zadania nr 7:

14) **PYTANIE:** dot. poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści patyczki jałowe o długości 15cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Dotyczy wzoru umowy:

15) **PYTANIE:** Wnosimy o wprowadzenie zapisów do wzoru umowy dotyczącej zmiany stawki podatku VAT na następującą: „Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego, przy czym zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

16) **PYTANIE:** Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**ODPOWIEDŹ:** Terminy odnoszą się do dni kalendarzowych.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429






**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SP. Z O.O. w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;



**17) PYTANIE:** Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**18) PYTANIE:** Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.

**19) PYTANIE:** Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

**20) PYTANIE:** Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna za zwłokę była naliczana od niezrealizowanej części danego zamówienia, a nie od niezrealizowanej części umowy?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**21) PYTANIE:** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**ODPOWIEDŹ:** Jak wyżej (pytanie 15).

**22) PYTANIE:** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.


Dyrektor

~~DYREKTOR~~

Artur Kamecki

Sprawę prowadzi:  
Beata Kosakowska  
Inspektor ds. Zamówień Publicznych  
Tel. /22/ 525 12 43

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



**MAZOWSZE.**  
serce Polski



Laureat Konkursu  
Party Medycyny 2009

