



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

WSPRITS/ZP/14/2012

Warszawa, dn. 16.01.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 10749 - 2012 z dnia 11.01.2012 r. na zakup aparatu do hemofiltracji żylna-żylna [Nr postępowania: WSPRITS/ZP/1/12]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści również aparat o ekranie LCD 10 - 11"?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższy aparat.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści również aparat o ekranie LCD 10,5"?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby waga aparatu nie przekraczała 50 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, aby waga aparatu nie przekraczała 50 kg.

4) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści również prostsze rozwiązanie oferujące 2 wagi, zapewniające taką samą skuteczność terapii jak w przypadku 3??

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

5) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pompy krwi do 400 ml/min, co jest bezpieczniejsze dla pacjenta, gdyż terapię optymalną przeprowadza się na prędkościach pompy od 100 do 250 ml/min?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

6) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści zestaw drenów bez konieczności wymiany drenu żylnego, gdyż każde rozłączanie układu powoduje szybsze jego wykrzepianie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

Dyrektor

DYREKTOR

Artur Kamecki

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Agnieszka Sztorc



REGON 000294674; Nr KRS 000061291; NIP 526-17-36-429



Mazowsze.
serce Polski



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009

