

**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS“  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE**

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22  
tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

NIP: 526-17-36-429

REGON: 000294674

WSPRITS/ZP/19/17

Warszawa, dnia 13.06.2017 r.

**S P E C Y F I K A C J A**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych:

**ZAKUP W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO**  
**15 SZTUK AMBULANSÓW Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM**

**Rozdział I**  
**INFORMACJE OGÓLNE**

### **I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM**

Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa.

Tel: / 0-22/ 525-14-05 Fax: / 0-22/ 525-13-80 [www.meditrans.waw.pl](http://www.meditrans.waw.pl)

### **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA**

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” - prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **WSPRITS/ZP/19/17**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”.

### **III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, DODATKOWE**

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp lub zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### **IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU**

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim.
2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz złożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, e-mailem lub faksem z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), a także zmiany lub wycofania oferty.
5. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania faksem oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie prześle potwierdzenia otrzymania ww. dokumentu, pismo pozostanie w aktach Postępowania z mocą doręczenia.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po wyżej określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.

**8.** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**9.** Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

**10.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

**11.** Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów specyfikacji należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w niniejszym Rozdziale. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

## V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

imię i nazwisko: Agnieszka Sztorc

**Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych:** 8.00 – 15.00 tel.: 0 22 52 – 51 – 293

fax: 0 22 52 – 51 – 279 e-mail: [agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl](mailto:agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl)

**Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane pocztą elektroniczną, faxem bądź w formie pisemnej (przekazane listownie lub złożone osobiście).**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

## VI. PODWYKONAWCY

**1.** Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

**2.** W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).

## Rozdział II

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

#### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup na podstawie umowy leasingu finansowego, 15 sztuk fabrycznie nowych pojazdów specjalnych sanitarnych typu „C” z wyposażeniem medycznym.**

**1.** Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej „SIWZ”.

Wspólny Słownik CPV: 34114121-3; 66114000-2; 33100000-1.

**2.** Wykonawca zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.

**3.** Wykonawca, lub wskazane w przez niego podmioty, zobowiązani są do świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonych ambulansów z wyposażeniem, na następujących warunkach:

- a) Wykonawca lub wskazane w przez niego podmioty musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych pojazdów, zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego,
- b) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela, lub wskazanych w przez niego podmiotach (należy podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych).

4. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Sprzęt i akcesoria fabrycznie nowe, niepowystawowe, wyprodukowane w roku 2017 r., instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona w dniu odbioru ambulansów).

6. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

7. Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem „In blanco”.

## II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: **do 90 dni od daty zawarcia umowy (w tym terminie należy także przeprowadzić wymagane szkolenia personelu Zamawiającego. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i podany w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty).**

### Rozdział III

## WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

### I. WYSOKOŚĆ WADIUM

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

**70 000,00 zł; słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych.**

### II. FORMA WADIUM

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty wadium Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie. Dokument wniesienia wadium winien umożliwiać zatrzymanie wadium w przypadkach ziszczenia się chociażby jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

### II. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny, wyznaczonych jako ostateczny termin składania ofert).

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku:

**Bank PKO BP S.A. LVIII O/Warszawa  
Nr r-ku: 98 1020 1013 0000 0902 0106 8089**

Wadium winno zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem”

sformułowanie ze zwrotem: „Wadium w postępowaniu nr WSPRITS/ZP/19/17”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium).

3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadu oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa – Prawo zamówień publicznych.

#### **Rozdział IV**

### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY**

#### **I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu;
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
    - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;
    - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;
    - c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy ambulansów typu B lub C w dowolnej formie zakupu o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne jego przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli:
  - a) Wykonawcy składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy ustawy Pzp;
  - b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają dokumenty, o których mowa w pkt. II. 3. ppkt. 3.1., 3.2. dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna. Dokument wymieniony w pkt. II. 3. ppkt. 3.3. może zostać złożony przez któregokolwiek z wykonawców.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. b-c niniejszej specyfikacji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
  - a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
  - b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp;
  - c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).

## **II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

### **1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.**

1.1. Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

1.2. Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

1.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

1.4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

1.5. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (tj. w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowiąc będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie <http://ec.europa.eu/growth/espd>.

1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1.5. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww. formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty.

1.7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5. Ww. formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty.

1.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5. powyżej. Ww. formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty.

### **2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.**

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

### **3. Dokumenty do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.**

(aktualne na dzień złożenia)

3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ);

3.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) dostaw ambulansów typu B lub C w dowolnej formie zakupu o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.4. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:

- kopia aktualnego świadectwa homologacji (bez załączników) dla oferowanego przedmiotu zamówienia (pojazdu bazowego po wykonanej adaptacji na ambulans) czyli pojazdu specjalnego sanitarnego, wydanego na podstawie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie,
- deklaracja zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako wyrób medyczny, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211), w tym certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A1 w zakresie ambulansów typu C i B oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych) – dotyczy wyposażenia medycznego i zabudowy,
- opisy produktów (Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci folderu), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – dotyczy wyposażenia medycznego. Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126).

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. II pkt 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

### III. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

- a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
- b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty;

d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę.

## 2. Zaleca się, aby:

a) każda zapisana strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

b) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

c) wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały,

d) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,

e) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczętą imienną.

3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, **Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.**

4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie (zgodnie z uchwałą SN z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia wykaże jednocześnie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## IV. FORMA DOKUMENTÓW

1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w SIWZ.

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

## V. OPAKOWANIE OFERTY

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, oznaczonej w następujący sposób:



*Przetarg nieograniczony na:  
zakup w formie leasingu finansowego  
15 sztuk ambulansów z wyposażeniem medycznym*

*Nie otwierać przed: **25.07.2017 r. godz. 10:00***

*Liczba stron (określić, ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)*

## **Rozdział V**

### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, za całość przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w Ofercie części V -"Cena oferty dla przedmiotu zamówienia".
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi być: wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych we wzorze umowy.

## **Rozdział VI**

### **INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

#### **I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie należy złożyć **do dnia 25.07.2017 r. do godz. 09:30 u Kierownika Działu Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, pok. 1.18, I piętro – Budynek Główny**, który jest udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od **8.00 do 15.00**.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Na swoje życzenie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.
4. Oferta powinna być opisana w sposób przedstawiony w rozdziale IV (Opakowanie oferty) SIWZ.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Oferty przesłane faxem lub e-mailem nie będą rozpatrywane.

#### **II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. **25.07.2017 r.** w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej **o godzinie 10:00**.

### III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie [www.meditrans.waw.pl](http://www.meditrans.waw.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”, informacje dotyczące:
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

### IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

### V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie w formie pisemnej o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty.
2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzez złożenie w formie pisemnej powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w tym zakresie oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

## Rozdział VII

### OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

#### I. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Kryterium cena o wadze 60 %

W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

$Ocena\ punktowa = (najniższa\ cena\ spośród\ cen\ ofert\ nieodrzuconych / cena\ oferty\ ocenianej) \times 100\ pkt \times 60\ %$

Kryterium parametry techniczne o wadze 35 %

W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:

$Ocena\ punktowa: (liczba\ punktów\ przyznanych\ ofercie\ ocenianej / maksymalna\ liczba\ punktów) \times 100\ pkt \times 35\ %$

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 10 pkt.

Kryterium okres gwarancji wyposażenia medycznego o wadze 5 %

W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:

$Ocena\ punktowa: (liczba\ punktów\ przyznanych\ ofercie\ ocenianej / maksymalna\ liczba\ punktów) \times 100\ pkt \times 5\ %$

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 5 pkt.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **Rozdział VIII WZÓR UMOWY**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

## **Rozdział IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## **Rozdział X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

### **I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY**

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę

wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami Wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia;

4) unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wskaże w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty termin i miejsce podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w inny sposób, albo w krótszym terminie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

5. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

6. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

**W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.**

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:

zał. nr 1 - druk oferty

zał. nr 2 - formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

zał. nr 3 - oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE)

zał. nr 4 - wzór wykazu dostaw

zał. nr 5 – wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej

zał. nr 6 – wzór wykazu podwykonawców

zał. nr 7 – wzór umowy.

*Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

*zatwierdził w dniu 13.06.2017 r.:*

DYREKTOR

Załącznik nr 1

....., dnia.....

.....  
pieczętka firmowa

# OFERTA

## I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa .....
2. Adres .....
3. Województwo. ....
4. Numer telefonu i faksu. ....
5. Adres e-mail: .....
6. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisująca ofertę: (imię, nazwisko, stanowisko)  
.....
7. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko)  
.....

## II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez:

**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
i TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS”  
00-685 WARSZAWA  
ul. POZNAŃSKA 22**

na

**ZAKUP W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO  
15 SZTUK AMBULANSÓW Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM**

**[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/19/17]**

### **III. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia**

Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ

Wartość brutto w PLN	Parametry techniczne	Okres gwarancji wyposażenia medycznego
<b>Zakup w formie leasingu finansowego 15 sztuk ambulansów z wyposażeniem medycznym</b>		
..... PLN	Punkty: ...../10	Punkty: ...../5

- W przypadku nie oferowania danego zadania wykonawca wpisuje słowo „nie dotyczy”.

### **IV. Oświadczenia**

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).
6. Akceptujemy, że zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wadium w wysokości \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ złotych), zostało wniesione w dniu ..... r., w formie: .....
8. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: .....
9. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### **V. Spis treści**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..... kolejno ponumerowanych zapisanych stronach.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

<p>.....</p> <p>pieczęć Wykonawcy</p>	<p>.....</p> <p>Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy</p>
---------------------------------------	---

Z a ł a c z n i k   N r   2   d o   S I W Z

# **FORMULARZ CENOWY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**



**ZAKUP W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO  
15 SZTUK AMBULANSÓW Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM**

Zamawiający wymaga, by oferowane pojazdy były fabrycznie nowe, nie eksploatowane, z roku produkcji roku 2017, z min. 2 letnią pełną gwarancją - bez limitu kilometrów.

Zamawiający wymaga, by oferowane wyposażenie medyczne (sprzęt medyczny) było fabrycznie nowe, nie eksploatowane, z roku produkcji 2017, z min. 2 letnią pełną gwarancją.

Marka, typ, nazwa handlowa oferowanego ambulansów czyli pojazdów skompletowanych, tj. po wykonaniu adaptacji (wynikająca ze świadectwa homologacji); numer świadectwa homologacji:

.....  
.....  
.....

<b>Ambulanse w ilości 15 szt.</b>	
Czas trwania leasingu	48 miesięcy, leasing finansowy z zastosowaniem stałej stopy procentowej
Podatek VAT (płatny w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru; opłata wstępna 0%)	..... % tj. .... PLN (15 szt.)
Wysokość stałej marży:	..... %
Wysokość raty leasingowej:	..... PLN brutto (15 szt.) ..... PLN netto (15 szt.)
Wykup ambulansów (ostatnia rata leasingowa/wyrównawcza): (automatyczny wykup po opłaceniu ostatniej raty leasingowej)	..... PLN brutto (15 szt.) ..... PLN netto (15 szt.)

<b>Wyposażenie medyczne:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ nosze główne - 15 szt.</li> <li>❖ transporter pod nosze - 15 szt.</li> <li>❖ defibrylator transportowy - 15 szt.</li> <li>❖ krzeselko kardiologiczne samojezdne - 15 szt.</li> <li>❖ urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - 15 szt.</li> </ul>	
Czas trwania leasingu	48 miesięcy, leasing finansowy z zastosowaniem stałej stopy procentowej
Podatek VAT (płatny w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru; opłata wstępna 0%)	..... % tj. .... PLN

Wysokość stałej marży:	..... %
Wysokość raty leasingowej:	..... PLN brutto ..... PLN netto
Wykup wyposażenia medycznego ambulansów (ostatnia rata leasingowa/wyrównawcza): (automatyczny wykup po opłaceniu ostatniej raty leasingowej)	..... PLN brutto ..... PLN netto

<b>Całkowity koszt leasingu 15 szt. ambulansów z wyposażeniem medycznym</b>	
Zawiera wszystkie, opłaty tj. w szczególności: wpłatę początkową, opłaty manipulacyjne (administracyjne), wszystkie czynsze leasingowe w ciągu całego okresu trwania leasingu, wykup, podatek VAT.	..... PLN brutto VAT ..... PLN ..... PLN netto

..... pieczęć Wykonawcy	..... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
----------------------------	--

Parametry wymagane	TAK/NIE podać	Parametry oferowane*
<b>A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU BAZOWEGO DLA AMBULANSU RATUNKOWEGO</b>		
<b>I. NADWOZIE</b>		
1. Typu furgon zamknięty, o dmc max. 3,5 t, częściowo przeszklony – z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu medycznego, w kolorze białym samochodowym. Po adaptacji na ambulans - możliwość przewożenia min. 4 osób (wraz z kierowcą) oraz 1 osoby na noszach.	<b>TAK</b>	
2. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 250°, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł.	<b>TAK</b>	
3. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieranym oknem oraz ze stopniem zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi (Zamawiający nie dopuszcza stopnia wsuwanego do kasety ze względu na częste zacinalanie się tego typu stopni – podać oferowane rozwiązanie). Możliwość ręcznego włączania i wyłączenia działania stopnia przyciskiem znajdującym się przy drzwiach przesuwanych (dopuszcza się by stopień zewnętrzny był elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans).	<b>TAK</b>	
4. Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu. Zamawiający dopuszcza, aby drzwi zewnętrzne do schowka były bez szyby.	<b>TAK</b>	
5. Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, o powierzchni antypoślizgowej.	<b>TAK</b>	
6. Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach, sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu (dopuszcza się, żeby autoalarm był elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans).	<b>TAK</b>	
<b>II. SILNIK</b>		
1. Wysokoprężny (turbo-diesel), z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail), o max. zużyciu paliwa poniżej 20 l.	<b>TAK</b>	
2. Moc silnika min. 120 kW. Moment obrotowy min. 360 Nm, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim.	<b>TAK</b>	
3. Urządzenie do podgrzewania silnika, ułatwiające rozruch silnika w warunkach zimowych.	<b>TAK</b>	
4. Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 6.	<b>TAK</b>	
<b>III. ZESPÓŁ NAPEĐOWY</b>		
1. Skrzynia biegów manualna lub automatyczna <b>parametr punktowany/ skrzynia biegów automatyczna – 1 pkt, skrzynia biegów manualna – 0 pkt.</b>	<b>podać</b>	
2. Napęd na koła przednie lub oś tylną lub napęd 4x4.	<b>TAK</b>	
3. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania.	<b>TAK</b>	
4. System elektronicznej stabilizacji toru jazdy.	<b>TAK</b>	
5. Rozrząd w formie łańcucha.	<b>TAK</b>	

**IV. ZAWIESZENIE**

1. Zawieszenie wzmocnione tj. gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość w trudnym terenie przy stałym obciążeniu bliskim dmc max. 3,5 t.

**TAK****V. KOŁA**

1. Obręcze stalowe min. 16 cali.

**TAK**

2. 5 kół komplet z oponami letnimi (w tym zapasowe) + komplet opon zimowych.

**TAK****VI. UKŁAD HAMULCOWY**

1. Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach.

**TAK**

2. Korektor siły hamowania w zależności od obciążenia.

**TAK**

3. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.

**TAK**

4. Elektroniczny system podziału siły hamowania.

**TAK**

5. Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego hamowania.

**TAK****VII. UKŁAD KIEROWNICZY**

1. Wspomaganie układu kierowniczego.

**TAK**

2. Kolumna kierownicy regulowana minimum w dwóch płaszczyznach (dopuszcza się zamiennie fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach).

**TAK**

3. Fotel kierowcy regulowany w min. 2 płaszczyznach, z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem.

**TAK****VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

1. Wzmocniony alternator o mocy min. 1600 W.

**TAK**

2. Zespół dwóch akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah (dopuszcza się, by drugi akumulator był elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans).

**TAK****IX. WYPOSAŻENIE POJAZDU**

1. Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.

**TAK**

2. Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 l.

**TAK**

3. Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne).

**TAK**

4. Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich.

**TAK**

5. Odbiornik radiowy UKF FM z odtwarzaczem CD lub gniazdem USB - odbiornik zabudowany w desce rozdzielczej pojazdu wyposażony w zestaw głośnomówiący. Całość sterowana przy kierownicy, element ten ma być fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego.

**TAK**

6. Kamera cofania (dopuszcza się, by kamera była elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans).

**TAK**

7. Czujnik światła i deszczu.

**TAK**

8. Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, z wbudowanymi kierunkowskazami.

**TAK**

9. Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy.	<b>TAK</b>	
10. Reflektory przeciwmgłowe przednie.	<b>TAK</b>	
11. Dodatkowe światło hamowania (trzecie).	<b>TAK</b>	
12. Trójkąt, gaśnica, lewarek, apteczka, komplet dywaników gumowych.	<b>TAK</b>	
13. Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) lub równoważnie dodatkowe fabrycznie zintegrowane szerokokątne lusterko redukujące martwe pole (opisać) / <b>parametr niewymagany, lecz punktowany /Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	<b>TAK/NIE podać</b>	

## B. WYMAGANIA W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS RATUNKOWY

### I. NADWOZIE

1. Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3000 x 1700 x 1800.	<b>TAK</b>	
2. Po adaptacji pojazd przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + jedna osoba w pozycji leżącej na noszach.	<b>TAK</b>	
3. Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.	<b>TAK</b>	
4. Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz zabudowy meblowej.	<b>TAK</b>	
5. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem do mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, krzeselka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych, plecaka lub torby medycznej.	<b>TAK</b>	

### II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

1. Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym.	<b>TAK</b>	
2. Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW, zasilany z sieci 230 V.	<b>TAK</b>	
3. Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,5 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia).	<b>TAK</b>	
4. Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min. 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m <sup>3</sup> /h).	<b>TAK</b>	
5. Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medycznego (klimatyzacja dwuparownikowa).	<b>TAK</b>	

**III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

<p>1. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz pojazdu (gniazdo zewnętrzne z przewodem zasilającym o długości min. 10,0 m),</li> <li>b) zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V,</li> <li>c) wyłącznik przeciwporażeniowy,</li> <li>d) układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów, działający przy podłączonej instalacji 230V,</li> <li>e) grzałka w bloku (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci 230V,</li> <li>f) wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230 V,</li> <li>g) inwertor (przetwornica) prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1000W [prąd w „sinusie” umożliwiający zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora)].</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<p>2. Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie,</li> <li>b) oświetlenie rozproszone typu LED,</li> <li>c) minimum 2 punkty oświetlenia skupionego z regulacją kąta, umieszczone nad noszami,</li> <li>d) oświetlenie skupione blatu roboczego – min. 1 punkt,</li> <li>e) bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym.</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<p>3. Oświetlenie specjalne: reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy, jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory wyłączające się po ruszeniu samochodu i osiągnięciu prędkości 15 km/h.</p>	<b>TAK</b>	
<p>4. Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych,</li> <li>b) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V,</li> <li>c) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym, a kabiną kierowcy,</li> <li>d) ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego,</li> <li>e) informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego,</li> <li>f) sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych),</li> <li>g) sterujący oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego,</li> <li>h) sterujący systemem wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego,</li> <li>i) wyświetlający informację o rozmieszczeniu bezpieczników elementów adaptacji samochodu bazowego na ambulans,</li> <li>j) umożliwiający regulację kontrastu (dzień/noc).</li> </ul>	<b>TAK</b>	

**IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE**

1. W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też lamp kierunkowych) [podać markę i model oraz załączyć homologację cząstkową na REG. 65].	<b>TAK podać</b>	
2. W pasie przednim zamontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100W, z możliwością podawania komunikatów głosem [podać markę i model głośnika]	<b>TAK podać</b>	
3. Na wysokości podszybia lub w pasie przednim niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED (w sumie 2 szt.).	<b>TAK</b>	
4. Na lusterkach bocznych niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED (w sumie 2 szt.).	<b>TAK</b>	
5. W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też lamp kierunkowych) [podać markę i model oraz załączyć homologację cząstkową na REG. 65].	<b>TAK podać</b>	
6. Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik barwy czerwonej lub niebieskiej umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy - z sygnalizacją załączenia.	<b>TAK</b>	
7. Lampy pulsacyjne w kolorze żółtym, zamontowane w szkielecie drzwi tylnych, z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych.	<b>TAK</b>	
8. Dodatkowe żółte migacze zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia.	<b>TAK</b>	
9. Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej (działające niezależnie od sygnalizacji podstawowej) [podać markę i model].	<b>TAK podać</b>	
10. Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) Z przodu pojazdu napis: - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, - standardowe oznaczenie typu ambulansu literą „P” dla lub literą „S” wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych (w uzgodnieniu z zamawiającym – projekt). Logo zamawiającego po bokach, nr boczny oraz napis ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007. Po bokach ambulansu napis WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie – okleina taka jak w pkt 10c. (w uzgodnieniu z Zamawiającym).	<b>TAK</b>	



**V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI**

<p>1. Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu, spełniająca następujące wymogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakres częstotliwości 160-169 MHz,</li> <li>- impedancję wejścia 50Ohm,</li> <li>- współczynnik fali stojącej do 1,6,</li> <li>- polaryzację pionową,</li> <li>- charakterystykę promieniowania - dookólna,</li> <li>- odporność na działanie wiatru 55m/s.</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<p>2. Radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy z wyświetlaczem alfanumerycznym posiadający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualną homologację,</li> <li>- zakres częstotliwości 150-170 MHz,</li> <li>- liczbę kanałów min. 100, z kodami CTCSS z jednoczesną pracą simpleksową i duosimpleksową ze skanowaniem kanałów analogowych i cyfrowych,</li> <li>- możliwość wysyłania statusów,</li> <li>- rodzaj modulacji F3,</li> <li>- odporność na intermodulację 65 dB,</li> <li>- selektywność sąsiednikanałowa 60 dB,</li> <li>- odstęp międzykanałowy 12,5 kHz,</li> <li>- zasilanie 12 do 14,5 V (z uziemionym minusem),</li> <li>- zasilanie radiotelefonu z układu elektrycznego silnika samochodu.</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<p>3. Radiotelefon przenośny analogowo - cyfrowy z ładowarką posiadający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualną homologację,</li> <li>- zakres częstotliwości 150-170 MHz</li> <li>- liczbę programowanych kanałów min. 100,</li> <li>- odstęp międzykanałowy 12,5 kHz,</li> <li>- zasilanie: akumulator</li> <li>- trwałe zamocowanie ładowarki radiotelefonu w kabinie kierowcy zabezpieczające przed wilgocią pochodzącą z błota i śniegu</li> <li>- dostawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego oprogramowania do instalowanych radiotelefonów pokładowego i przenośnego na nośniku.</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<p>4. Instalacja systemu SWD-PRM. Montaż urządzeń i zasilania i sterowania systemem SWD-PRM. Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD będą wyprowadzone w uzgodnionych miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem: <u>Napięcia i sygnały dla modułu GPS:</u> <u>Moduł GPS ma być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym dla serwisu.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stałe napięcie zasilania 12-18 V przed wyłącznikiem zapłonu, zabezpieczenie 0,5 A</li> <li>- sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej (koguty) (poziom 10-14 V)</li> <li>- sygnał wejściowy działania sygnalizacji dźwiękowej (poziom 10-14 V)</li> <li>- sygnał po włączeniu zapłonu (poziom 10-14 V)</li> <li>- analogowy sygnał poziomu paliwa w zbiorniku (może być w zakresie nie większym niż 0-12 V).</li> </ul> <p>Anteny GPS/GPRS montowane na dachu pojazdu, jedna antena podłączona do modułu nawigacyjnego a druga do portu dokującego tablet.</p> <p><u>Napięcia i sygnał dla drukarki:</u> <u>Drukarka zamontowana na uchwycie dokującym</u></p>	<b>TAK</b>	



<p>dostarczonym przez zamawiającego zamocowanym w przedziale medycznym na konstrukcji wykonanej przez wykonawcę..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stałe napięcie zasilania (poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 8 A. Ww. zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V,</li> <li>- kabel USB łączący tablet z drukarką z zapasem co najmniej 30 cm z każdej strony.</li> </ul> <p>Tablet zamontowany na uchwycie dokującym dostarczonym przez zamawiającego zamocowanym między pasażerem a kierowcą w miejscu umożliwiającym przejście pasażera do przedział medycznego. Mocowanie portu dokującego na konstrukcji wykonanej przez wykonawcę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stałe napięcie zasilania (poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 10 A. Ww. zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V.</li> <li>- antena GPS/GPRS podłączona do portu dokującego tablet.</li> </ul> <p>System montażu urządzeń SWD-PRM musi posiadać homologację bezpieczeństwa na użytkowanie w pojazdach Ratownictwa Medycznego.</p>		
<b>VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>		
1. Urządzenia powinny być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe.	<b>TAK</b>	
2. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, umożliwiającą komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, z możliwością przejścia z jednego przedziału do drugiego (drzwi otwierane tj. przesuwane elektrycznie, sterowanie zarówno w kabinie kierowcy jak i w przedziale medycznym), z możliwością oddzielenia optycznego obu przedziałów (np. roletką). Zamontowane drzwi mają nie utrudniać przejścia pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym.	<b>TAK</b>	
3. Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z systemem przesuwu wzdłuż noszy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu wzdłuż osi noszy niewymagający od użytkownika demontażu fotela tzn. możliwość przesuwana fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie), jak w fotelu kierowcy.	<b>TAK podać</b>	
4. Przy ścianie działowej u wezgowia noszy fotel obrotowy w zakresie min. 90 ° tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji).	<b>TAK podać</b>	
5. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków, uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu.	<b>TAK</b>	

<p>6. Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):</p> <p>a) zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deski pediatrycznej, kamizelki typu KED, szyny Kramera, torby opatrunkowej,</p> <p>b) półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.),</p> <p>c) na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe, zabezpieczony cyfrowym zamkiem szyfrowym.</p>	<b>TAK</b>	
<p>7. Zabudowa meblowa na ścianie działowej:</p> <p>a) szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (blat roboczy na wysokości 100 cm ± 10 cm) oraz z szufladami (min. 2 szt.),</p> <p>b) kosz na śmieci.</p>	<b>TAK</b>	
<p>8. Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym.</p>	<b>TAK</b>	
<p>9. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany, sufit, drzwi).</p>	<b>TAK</b>	
<p>10. Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości, co najmniej jedno otwierane.</p>	<b>TAK</b>	
<p>11. Centralna instalacja tlenowa:</p> <p>a) bez butli,</p> <p>b) 2 reduktory o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy,</p> <p>c) panel tlenowy z podwójnym gniazdem typu AGA,</p> <p>d) panel tlenowy z pojedynczym gniazdem typu AGA, zamontowany w suficie,</p> <p>e) wpinany/wypinany przepływomierz obrotowy o przepływie regulowanym do min. 15 L/minutę + nawilżacz (1 szt.) montowany do przepływomierza.</p>	<b>TAK</b>	
<p>12. Uchwyt (schowek) mocujący min. 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe.</p>	<b>TAK podać</b>	
<p>13. Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 3 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg.</p>	<b>TAK podać</b>	
<p>14. Szyna typu MODURA o długości min. 30 cm, zamontowana na ścianie lewej.</p>	<b>TAK podać</b>	
<p>15. Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.</p>	<b>TAK</b>	
<p>16. Sufitowy uchwyt dla personelu o długości min. 1m, umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego.</p>	<b>TAK</b>	

17. Instalacja próżniowa z regulacją siły ssania oraz manometrem podciśnienia. Zestaw musi zawierać: słoje z tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji o pojemności min. 1L z zaworem antyprzelewowym, z możliwością szybkiego demontażu w celu wymiany, przewód ssący silikonowy o długości min. 1,5 m zakończony łącznikiem do cewników.	<b>TAK</b>	
18. Podstawa (laweta) pod nosze główne, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10° do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, pozycji drenażowej, z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę [podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności]. Zamawiający wymaga, aby zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety na zewnątrz nie odbywało się za pomocą linki.	<b>TAK</b>	
19. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) dotykowy panel sterujący typu touch screen: a) informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, b) z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), c) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, d) sterujący oświetleniem przedziału medycznego, e) sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, f) zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury, g) sterowanie (otwieranie/zamykanie) drzwiami przesuwными w przegrodzie pomiędzy przedziałem medycznym, a kabiną kierowcy, h) posiadający sygnalizację graficzną i dźwiękową niskiego poziomu naładowania akumulatora dodatkowego, i) umożliwiające regulację kontrastu (dzień/noc).	<b>TAK</b>	
<b>VII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>		
1. Stacjonarny system ogrzewania płynów infuzyjnych, z termostatem.	<b>TAK</b>	
2. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.	<b>TAK</b>	
<b>VIII. WARUNKI GWARANCJI</b>		
1. Gwarancja na bezusterkową eksploatację ambulansów: min. 24 miesiące na każdy ambulans od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.	<b>TAK podać</b>	
2. Minimum 6 lat gwarancji na perforację nadwozia, okres liczony odrębnie dla każdego samochodu od daty dostarczenia go Zamawiającemu.	<b>TAK podać</b>	
3. Dokonywanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i bezpłatnych napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansów i zabudowy.	<b>TAK</b>	
4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.	<b>TAK</b>	

5. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.	TAK	
6. Wykonawca lub wskazane w przez niego podmioty musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych pojazdów, zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego.	TAK	
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela, lub wskazanych w przez niego podmiotach (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych).	TAK podać	

**C. SPRZĘT MEDYCZNY**  
**(SPRZĘT MEDYCZNY MA SPEŁNIAĆ WYMOGI AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1789+A2 I PN-EN 1865-1)**

**I. Nosze główne – 15 szt.**

**Marka** ..... **Model** .....

1. Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	TAK	
2. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.	TAK	
3. Przystosowane do prowadzenia reanimacji.	TAK	
4. Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 90 stopni.	TAK	
5. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak.	TAK	
6. Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.	TAK	
7. Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące.	TAK	
8. Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi.	TAK	
9. Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.	TAK	
10. Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.	TAK	
11. Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi.	TAK	
12. Waga noszy maksymalnie 23 kg, zgodna z wymogami normy PN EN 1865.	TAK podać	
13. Trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne, elementów związanych z obsługą noszy.	TAK	
14. Dodatkowy zestaw pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci.	TAK	
15. Obciążenie dopuszczalne noszy min. 230 kg <b>/obciążenie dopuszczalne noszy ≥ 250 kg - parametr niewymagany, lecz punktowany /Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	TAK podać	
16. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.	TAK	
17. Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu	TAK/NIE* podać	

<b>/parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>		
18. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.	<b>TAK</b>	
19. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.	<b>TAK</b>	
20. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.	<b>TAK</b>	
21. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną deklarację zgodności z Polską Normą PN EN 1789+A1 i Polską Normą PN EN 1865-1 (lub normami równoważnymi) w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.	<b>TAK</b>	
22. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).	<b>TAK</b>	
<b>II. Transporter pod nosze - 15 szt.</b>		
<b>Marka .....</b>	<b>Model .....</b>	
1. Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.	<b>TAK</b>	
2. Szybki i łatwy system połączenia z noszami.	<b>TAK</b>	
3. Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach.	<b>TAK podać</b>	
4. Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.	<b>TAK</b>	
5. Odbojniki na goleniach.	<b>TAK</b>	
6. Wyposażony w min 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.	<b>TAK podać</b>	
7. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia.	<b>TAK podać</b>	
8. Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne o 360°, o średnicy min 150 mm i szerokości min. 50 mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach).	<b>TAK podać</b>	
9. Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie, w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie ich do jazdy na wprost.	<b>TAK</b>	
10. Obciążenie dopuszczalne transportera min. 250 kg <b>/obciążenie dopuszczalne transportera ≥ 275 kg - parametr niewymagany, lecz punktowany /Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	<b>TAK podać</b>	
11. Waga transportera maksymalna 28 kg, zgodna z wymogami normy PN EN 1865.	<b>TAK</b>	

12. Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z aktualnie obowiązującą Normą EN 1789+A2:2015.	<b>TAK</b>	
13. Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	<b>TAK</b>	
14. Trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne, elementów związanych z obsługą noszy.	<b>TAK</b>	
15. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.	<b>TAK</b>	
16. Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu <b>/parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	<b>TAK/NIE* podać</b>	
17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu.	<b>TAK</b>	
18. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia.	<b>TAK</b>	
19. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.	<b>TAK</b>	
20. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.	<b>TAK</b>	
21. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.	<b>TAK</b>	
22. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną deklarację zgodności z Polską Normą PN EN 1789+A1 i Polską Normą PN EN 1865-1 (lub normami równoważnymi) w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania, książkę gwarancyjną, protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN 1789 pkt. 4, 5, 9 raz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.	<b>TAK</b>	
23. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).	<b>TAK</b>	
<b>III. Defibrylator transportowy - 15 szt.</b>		
<b>Marka ..... Model .....</b>		
1. Aparat przenośny.	<b>TAK</b>	
2. Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci.	<b>TAK</b>	
3. Ładowarka akumulatorów wbudowana w defibrylator lub oddzielnie, zasilanie 12V DC/230V AC.	<b>TAK</b>	
4. Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J.	<b>TAK</b>	
5. Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg.	<b>TAK</b>	



6. Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.	TAK	
7. Norma IP min. 44.	TAK	
8. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna.	TAK	
9. Defibrylacja w trybie ręcznym i AED.	TAK	
10. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 300 J.	TAK	
11. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J / <b>parametr niewymagany, lecz punktowany/Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	TAK/NIE podać	
12. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 23.	TAK	
13. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25 / <b>parametr nie wymagany, lecz punktowany/Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	TAK/NIE podać	
14. Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta.	TAK	
15. Możliwość rozbudowy o moduł łyżek zewnętrznych z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii i wydruku.	TAK	
16. Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie.	TAK	
17. Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę.	TAK	
18. Prąd stymulacji min. 0-200 mA.	TAK	
19. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG.	TAK	
20. Interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG, uwzględniająca wiek i płeć pacjenta.	TAK	
21. Alarmy częstości akcji serca.	TAK	
22. Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min.	TAK	
23. Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia.	TAK	
24. Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia / <b>parametr nie wymagany, lecz punktowany/Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	TAK/NIE podać	
25. Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie.	TAK	
26. Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”.	TAK	
27. Ekran kolorowy o przekątnej powyżej 8” / <b>parametr niewymagany, lecz punktowany/Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	TAK/NIE podać	
28. Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm.	TAK	
29. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych.	TAK	
30. Transmisja danych przez modem drogą elektroniczną do stacji odbiorczych wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostępu i możliwości bezpłatnego (bez dodatkowych opłat) przez cały okres użytkowania defibrylatorów (dożywno) dostępu do aplikacji wysyłającej i odbierającej teletransmisję. Kartę SIM do modemu teletransmisji zapewnia Zamawiający.	TAK	
31. Wykonawca zobowiązany jest do min. ośmiu spotkań szkoleniowych z zakresu obsługi urządzenia, przeznaczonych dla personelu Zamawiającego, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem przez Zamawiającego.	TAK	

32. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.	<b>TAK</b>	
33. Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu <b>/parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	<b>TAK/NIE* podać</b>	
34. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu.	<b>TAK</b>	
35. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia.	<b>TAK</b>	
36. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.	<b>TAK</b>	
37. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.	<b>TAK</b>	
38. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.	<b>TAK</b>	
39. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną deklarację zgodności z Polską Normą PN EN 1789+A1 i Polską Normą PN EN 1865-1 (lub normami równoważnymi) w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.	<b>TAK</b>	
40. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).	<b>TAK</b>	
<b>IV. Krzesiło kardiologiczne samojezdne - 15 szt.</b>		
<b>Marka ..... Model .....</b>		
1. Konstrukcja wykonana z mocnego aluminium.	<b>TAK</b>	
2. Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję.	<b>TAK</b>	
3. Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.	<b>TAK</b>	
4. Regulowana wysokość uchwytu w 3 pozycjach.	<b>TAK</b>	
5. Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym złożeniem.	<b>TAK</b>	
6. Pasy szelkowe plus pasy zabezpieczające stopy.	<b>TAK</b>	
7. Średnica tylnych kółek $\geq 18$ cm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesła z pacjentem po nierównym podłożu.	<b>TAK podać</b>	
8. Demontowalne siedzisko.	<b>TAK</b>	
9. Wyposażone w min. 4 kółka transportowe, z czego minimum 2 obrotowe.	<b>TAK podać</b>	
10. Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesle mierzona od podłogi - min. 113 cm, max. 154 cm - zapewniająca komfort dla pacjenta.	<b>TAK podać</b>	



11. Wymiary po całkowitym złożeniu (wysokość, głębokość, szerokość) max: 113 cm x 21,5 cm x 52 cm.	<b>TAK podać</b>	
12. Waga maksymalna 15 kg.	<b>TAK</b>	
13. Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg.	<b>TAK</b>	
14. Deklaracja zgodności z Normą EN 1865-4 (lub innymi wersjami językowymi norm) – załączyć do oferty.	<b>TAK</b>	
15. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.	<b>TAK</b>	
16. Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu <b>/parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	<b>TAK/NIE podać</b>	
17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu.	<b>TAK</b>	
18. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia.	<b>TAK</b>	
19. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.	<b>TAK</b>	
20. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.	<b>TAK</b>	
21. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.	<b>TAK</b>	
23. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).	<b>TAK</b>	
<b>V. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - 15 szt.</b>		
<b>Marka ..... Model .....</b>		
1. Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja.	<b>TAK</b>	
2. Działanie urządzenia w pełni elektryczne.	<b>TAK</b>	
3. Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / Głębokość – od 5 do 6 cm / Częstość – od 100 do 120 uc./min.	<b>TAK</b>	
4. Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm / <b>parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	<b>TAK/NIE podać</b>	
5. Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyspiesza relaksację).	<b>TAK</b>	
6. Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny / zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V / zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V.	<b>TAK</b>	
7. Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min./ <b>parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	<b>TAK/NIE podać</b>	
8. Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy	<b>TAK</b>	

(wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC).		
9. Ładowarka wewnątrz urządzenia.	<b>TAK</b>	
10. Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min.	<b>TAK</b>	
11. Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta.	<b>TAK</b>	
12. Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg.	<b>TAK</b>	
13. Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera.	<b>TAK</b>	
14. Wyposażenie aparatu: torba lub plecak / deska pod plecy / podkładka stabilizująca pod głowę / pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia / jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 2 szt.) / akumulator .	<b>TAK</b>	
15. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.	<b>TAK</b>	
16. Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu <b>/parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.</b>	<b>TAK/NIE podać</b>	
17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu.	<b>TAK</b>	
18. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia.	<b>TAK</b>	
19. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.	<b>TAK</b>	
20. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.	<b>TAK</b>	
21. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.	<b>TAK</b>	
22. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).	<b>TAK</b>	

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium parametry techniczne: 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium okres gwarancji wyposażenia medycznego: 5 pkt.  
(każdy punkt za oferowanie okresu gwarancji sprzętu medycznego powyżej 24 miesięcy)

<p>.....</p> <p>pieczęć Wykonawcy</p>	<p>.....</p> <p>Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy</p>
---------------------------------------	---

[Nr postępowania: WSPRITS/ZP/19/17]

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .....

.....

## WYKAZ DOSTAW

Lp.	Określenie przedmiotu dostawy	Data wykonania dostawy (podać dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia)	Nazwa i adres Odbiorcy	Wartość zrealizowanej dostawy (brutto)
1.		Rozpoczęcie: ..... Zakończenie: .....		
2.		Rozpoczęcie: ..... Zakończenie: .....		

**Uwaga:** Do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz. U. poz. 1126).

.....  
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/19/17]

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .....

.....

### Oświadczenie Wykonawcy

1) Oświadczam, że z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty **nie należą** do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.\*

2) Oświadczam, że **należą** do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.\*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....  
*data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

#### UWAGA:

\* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.

W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

[Nr postępowania: WSPRITS/ZP/19/17]

Załącznik Nr 6 do SIWZ

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

## WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

.....  
(podać nr i nazwę zadania)

podaję wykaz podwykonawców.

L.p.	Nazwa firmy oraz zakres podwykonawstwa	Adres	Osoba upoważniona do kontaktów	Telefon Fax.
1				
2				
3				
4				

.....  
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Z a ł ą c z n i k   N r   7   d o   S I W Z

**WZÓR UMOWY**

# U M O W A

Zawarta w Warszawie  
w dniu .....

pomiędzy:

**Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie**, ul. Poznańska 22, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061291 reprezentowaną przez:

Karola Bielskiego – Dyrektora  
zwanym w dalszej treści umowy **“Zamawiającym”**

a

.....  
z siedzibą w ..... (Kod: .....) , ul. ....

reprezentowanym przez:

.....  
zwanym w dalszej treści umowy **„Wykonawcą”**.

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

## § 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: **WSPRITS/ZP/19/17**) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazanego do publikacji w TED dnia 13.06.2017 r., Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży w formie leasingu finansowego 15 sztuk ambulansów z wyposażeniem medycznym zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto określone zostały w ofercie Wykonawcy (formularz asortymentowo - cenowy) - załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania umowy.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Przedmiot umowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do prowadzenia działalności statutowej, w tym m.in. udzielania świadczeń medycznych, świadczenia usług transportu sanitarnego oraz ratownictwa drogowo – medycznego.

## § 2

### WARUNKI I TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu Przedmiotu umowy: .....  
....., marki ..... model .....  
....., fabrycznie nowych, rok produkcji: ....., wraz z wyposażeniem określonym w SIWZ i zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, do używania i pobierania pożytków na okres 48 miesięcy, a Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy w ratach opisanych w niniejszej umowie wynagrodzenie pieniężne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy Przedmiotu umowy na podstawie leasingu finansowego udzielonego przez: .....
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy transportem własnym na swój koszt do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 15.00.
4. Odbiór Przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru sporządzonym według wzoru Zamawiającego. Protokół odbioru sporządzony będzie w dniu przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.
5. Wraz z Przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności:
  - Książki gwarancyjne,
  - Kserokopie wyciągów ze świadectw homologacji,
  - Kserokopie kart pojazdów (książek pojazdów),
  - Dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedmiot umowy obowiązujących norm,
  - Tablice rejestracyjne,
  - Tymczasowe dowody rejestracyjne,
  - Pozostałe dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych pojazdów z wymaganiami Zamawiającego”.
6. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, natomiast pracownikiem odpowiedzialnym za monitoring umowy zgodnie z procedurą PA-5/OZ z dnia 06.06.2011 r. jest: p. Artur Chromiński (pojazdy) i p. Lidia Szymanowska (wyposażenie medyczne).
7. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: p.....  
..... (nr tel. .... nr fax: ..... adres  
e-mail: .....
8. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia i wskazane w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez Wykonawcę towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy: a) dany samochód nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; b) w danym samochodzie stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w trakcie odbioru; c) brak wymaganej w SIWZ i niniejszej umowie dokumentacji, Zamawiający odmówi ich odbioru, W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
10. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
11. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).
12. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać:



- a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
  - b) instrukcje w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia,
  - c) inne dokumenty określone w opisie przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie Przedmiotu umowy w pełnym zakresie OC i AC na cały okres leasingu, licząc od daty rejestracji pojazdów.
  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdzielenia ubezpieczenia ambulansu od ubezpieczenia aparatury i sprzętu medycznego (przenośnego).
  15. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. **od dnia .....** r. **do dnia .....** r.
  16. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy nie później niż do dnia ..... r., jednocześnie w tym terminie Wykonawca zobowiązuje się także do przeprowadzenia wymaganego szkolenia personelu Zamawiającego.

### § 3

#### CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu dostawy Przedmiotu umowy na podstawie umowy leasingu finansowego, Zamawiający zapłaci łącznie:  
..... **PLN z VAT**  
(słownie zł; ..... złotych)  
..... **PLN bez VAT**  
(słownie zł; ..... złotych)
2. W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (transport, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie na czas dostawy, przesyłka itp.) tj. Warszawa, ul. Woronicza 17, a także koszty związane z przeprowadzeniem wymaganego szkolenia personelu Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązany jest do podpisania dokumentów leasingowych wystawionych przez Wykonawcę celem uszczegółowienia przyjętych warunków leasingu finansowego.
4. Zamawiający dokona wpłaty podatku VAT na rachunek Wykonawcy podany na fakturze VAT, a następnie będzie wpłacał raty leasingowe zgodnie z harmonogramem opłat leasingowych na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający dokona wpłaty podatku VAT jednorazowo w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru. Płatność w 47 równych ratach i 48 rata wyrównawcza, do końca każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłaty rat leasingowych otrzymanym od Wykonawcy.
6. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Po upływie okresu niniejszej umowy, Zamawiający nabywa Przedmiot umowy automatycznie po opłaceniu ostatniej raty leasingowej, pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy, a w szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich opłat leasingowych oraz wszelkich innych należności przewidzianych niniejszą umową wraz z odsetkami za opóźnienie w ich zapłacie o ile takie opóźnienie wystąpiło.
8. Strony zgodnie ustalają, że określona powyżej cena jest stała przez cały czas trwania umowy i nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.
9. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi wskazywać numer umowy, z której wynika płatność.
10. Strony zgodnie określają, że na każdy ambulans zostanie wystawiona odrębna faktura VAT z wyszczególnieniem kwot pozycji obejmujących:
  - a) ambulans wraz z zabudową medyczną,
  - b) aparaturę i sprzęt medyczny.

11. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołem odbioru.

#### § 4

#### WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi na elementy mechaniczne ambulansu ustala się na ..... miesięcy oraz gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia na ..... miesięcy, począwszy od dnia odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego protokołem dostawy.
2. Okres gwarancji wyposażenia medycznego został każdorazowo określony w opisie przedmiotu zamówienia i liczony jest od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.
3. O wszystkich stwierdzonych wadach Przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili jego odbioru.
4. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego zgłoszeń o naprawie i serwisie bezpośrednio do poszczególnych podwykonawców wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i bezpłatnych napraw Przedmiotu umowy, zgodnie z instrukcją obsługi.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na bezusterkową eksploatację ambulansów na następujących warunkach:
  - a) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie;
  - b) w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji wyposażenia medycznego:
  - a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu;
  - b) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia;
  - c) czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie;
  - d) w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy;
  - e) koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
8. Przeglądy i naprawy w ramach gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy przy użyciu części zakupionych przez Wykonawcę na jego koszt.
7. Wykonawca ponosi koszty wysyłki części i urządzeń medycznych do napraw.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania najbliższych połączonych autoryzowanych punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych pojazdów.

#### § 5

#### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- a) opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,
  - b) zwłoki w realizacji postanowień gwarancyjnych przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości danego pojazdu z wyposażeniem brutto, za każdy dzień zwłoki,
  - c) odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wartości Przedmiotu umowy brutto.
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
  3. Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, tj. w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych niniejszą umową terminów, w tym terminów dostawy Przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający może według własnego uznania zatrzymać część dostarczonego Przedmiotu umowy uiszczając za niego wynagrodzenie należne za tą część pomniejszone o naliczoną karę umowną, bądź zwrócić Wykonawcy dostarczony Przedmiot umowy żądając zapłaty kary umownej. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie uiszczone przez niego do dnia rozwiązania umowy opłaty w ramach umowy.
  4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
  5. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, ewentualne cesje należności mogą nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638).

## § 6

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Wszystkie załączniki wymienione w wykazie zamieszczonym poniżej stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

#### Wykaz załączników do umowy:

zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem opłat leasingowych

zał. nr 2 – wykaz podwykonawców

zał. nr 3 – harmonogram spłaty rat leasingowych.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**