



WSPRiTS/ZP/64/2020
ZP.261.1.2020

Warszawa, dnia 03 marca 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2020/S 025-056095 z dnia 05.02.2020 r. na zakup akcesoriów i materiałów medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/1/20].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 2 „Czujniki do pulsoksymetru Nonin”:

1) **PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika jednorazowego użytku dla niemowląt do pulsoksymetrów Nonin, czujnik dla pacjentów o masie ciała od 3 kg do 20 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

Dotyczy Zadania 3 „Igły do odbarczania odmy”:

2) **PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu zestawu do pilnego drenażu odmy opłucnowej. Wprowadzenie typu cewnik na igłę. W skład zestawu wchodzi wzmocniony cewnik 8,5 Fr o długości 6cm, igła introduktora cewnika 15 G, zawór do drenażu klatki piersiowej zapobiegający napływowi powietrza do przestrzeni opłucnowej (zastawka Heimlicha), kranik jednodrożny, rurka łącząca, okrągły dysk jako mocowanie cewnika, strzykawka, przezroczysta taśma.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

Dotyczy Zadania 4 „Igły doszpikowe”:

3) **PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wkłucia doszpikowe typu BIG: jednorazowa igła doszpikowa typu BIG do wkłuc doszpikowych dla dorosłych, automatyczna, ze skalą, z regulacją głębokości umiejscowienia igły w zależności od miejsca wkłucia. Nie zawierająca lateksu, pakowana pojedynczo w sterylne opakowanie sztywne typu blister/papier. Rozmiar 15 G.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

4) **PYTANIE: poz. 1, 2** - W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści wkłucia doszpikowe, w których zakres doboru wkłucia dorosły, dziecko wyznaczany jest wiekiem pacjenta zamiast wagi, dla wkłucia dla dorosłych powyżej 12 roku życia, dla wkłucia dla dzieci od 0 do 12 roku życia, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.



5) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wkłucia doszpikowe typu BIG: jednorazowa igła doszpikowa typu BIG do wkłuć doszpikowych dla dzieci, (od 0 do 12 lat) automatyczna, ze skalą, z regulacją głębokości umiejscowienia igły w zależności od miejsca wkłucia. Nie zawierająca lateksu, pakowana pojedynczo w sterylne opakowanie sztywne typu blister/papier. Rozmiar 18 G.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

6) PYTANIE: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający nie zmieni parametru punktowanego – terminu ważności, tak aby minimalna ważność wkłuć w momencie dostawy wynosiła przynajmniej 36 miesięcy, a dodatkowe punkty byłyby przyznane za ważność w dniu dostawy powyżej 36 miesięcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

7) PYTANIE: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy będzie wymagać, aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

8) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igieł doszpikowych BIG, dotychczas były oferowane Zamawiającemu w poprzednich postępowaniach? Igła doszpikowa BIG (Bone Injection Gun) to pierwsze na świecie, przyjazne dla użytkownika automatyczne urządzenie medyczne do wkłuć doszpikowych, które zapewnia szybki, bezpieczny i łatwy dostęp wewnątrznaczyniowy poprzez szpik kostny. BIG jest skuteczną alternatywą dla nieudanych prób kaniulacji naczyń w sytuacji kryzysowej, co znacznie zwiększa szanse na uratowanie życia. Charakteryzuje się mało bolesną penetracją igły do kości gąbczastej, szybką infuzją płynów i leków, brakiem bezpośredniego kontaktu z krwią. Jest to sprzęt jednorazowego użycia podnoszący bezpieczeństwo, szczególnie odpowiedni w sytuacjach zagrożenia życia. Ponadto charakteryzuje się możliwością regulacji głębokości umiejscowienia igły w zależności od miejsca wkłucia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, jeśli spełniają parametry określone w SIWZ.

Dotyczy Zadania 8 „Opatrunek hemostatyczny”:

9) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany opatrunek hemostatyczny posiadał rekomendację CoTCCC? Zapewni to Zamawiającemu otrzymanie wysokiej jakości hemostatyku o potwierdzonej skuteczności i wyeliminuje możliwość otrzymania chińskich hemostatyków o niesprawdzonej skuteczności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga powyższego.

10) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany opatrunek hemostatyczny cechował się bardzo krótkim czasem działa do 1 min., co pozwala na szybkie i skuteczne zatamowanie krwotoku, zmniejszając znacząco ilość krwi utraconą w wyniku krwotoku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Dotyczy Zadania 11 „Paski do glukometru”:

11) PYTANIE: Czy ze względu na fakt, że dla personelu wykonującego badania nie ma żadnej różnicy odchylenie masy glukometru rzędu kilkunastu gram w którąkolwiek stronę, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania glukometrów o masie własnej do 56g? Personel Zamawiającego z całą pewnością codziennie nosi sprzęt o masie przewyższającej masę glukometrów dziesiątki, jeśli nie setki razy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.