



WSPRiTS/ZP/357/2020
ZP.261.50.2020

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2020/S 210-512520 z dnia 28.10.2020 r. na zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/50/20].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (cz. II)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 2 „Czujniki i przewody”:

1) PYTANIE: poz. 1 - Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni kabel prosimy o wskazanie złącza podłączenia do urządzenia:

a) Kabel saturacji wykonany w technologii Masimo SET rainbow SET MD20 - 05, kodowany kolorystycznie, czerwony, złączka typu Mini, 20 PINowa, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość 152 cm?



b) Kabel saturacji wykonany w technologii Masimo SET MD14-05 –, kodowany kolorystycznie, szary, złączka typu Mini, 14 PINowa, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość 152 cm, biała wtyczka?





ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga złącza SpO2 Connector LNCS.

2) PYTANIE: poz. 1 i 2 - Z uwagi na fakt, że firma Masimo zaprzestała produkcji kabli z połączeniem LNOP i zastąpiła to tańszym, mocniejszym i wygodniejszym w podłączeniu złączem RD lub starsze złącze LNCS, czy Zamawiający związku z tym wymaga dostarczenia kabla z pozycji 1 oraz czujnika w pozycji 2 z podłączeniem czujników ze złączem?

Złącze najnowsze RD

Złącze LNOP już nie produkowane

Złącze LNCS



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dostarczenia kabla z pozycji 1 i czujnika w pozycji 2 z podłączeniem czujników ze złączem LNCS.

