



WSPRiTS/ZP/5/2020  
ZP.261.54.2019

Warszawa, dnia 10 stycznia 2020 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2019/S 241-590894 z dnia 13.12.2019 r. na zakup elektrod i innych produktów medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/54/19].**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

#### **Dotyczy Zadania 1 „Elektrody”:**

**1) PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 5 cm, bez „noska” umożliwiającego odklejenie elektrody od przezroczystej osłonki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod o parametrach określonych w SIWZ.

**2) PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 4,3 cm, z „noskiem” 2 mm umożliwiającym odklejenie elektrody od przezroczystej osłonki?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

**3) PYTANIE: poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody pediatrycznej o średnicy 3,6 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający elektrody pediatryczne o średnicy 3,6 mm.

**4) PYTANIE: poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 3 cm, bez „noska” umożliwiającego odklejenie elektrody od przezroczystej osłonki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod o parametrach określonych w SIWZ.

#### **Dotyczy Zadania 2 „Elektrody i papier do defibrylatora Corpuls 3”:**

**5) PYTANIE:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykazania się przez Wykonawcę co najmniej 2 (dwoma) dostawami drobnego sprzętu medycznego lub jednorazowych artykułów medycznych lub akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego o wartości co najmniej 1 000,00 PLN brutto każda.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu.

#### **Dotyczy Zadania 4 „Koc ogrzewający”:**

**6) PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający posiadający standardowe szwy oraz odstąpi od wymogu niepalności?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.



### **Dotyczy Zadania 5 „Kołnierze ortopedyczne”:**

7) **PYTANIE: poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierzy o parametrach: proponowane kołnierze ortopedyczne są sztywnymi kołnierzami stabilizującym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowymi, wielorazowego użytku, wielorozmiarowymi, regulowanymi. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Posiada czterostopniową (dla dzieci – trzystopniową) regulację wysokości podparcia żuchw. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Kołnierze wykonane zostały z tworzywa sztucznego i specjalnej pianki z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. Jest łatwo zmywalny. Technologia spieniania przy użyciu azotu pod wysokim ciśnieniem sprawia iż w piance nie pozostają toksyczne pozostałości. W związku z tym kołnierze są nietoksyczne i hipoalergiczne. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. Są dostępne w dwóch rozmiarach: Adult (dla dorosłych) i Pediatric (dla dzieci). Kołnierz dla dorosłych posiada czterostopniową regulację wysokości. Kołnierz dla dzieci posiada trzystopniową regulację wysokości. Zaoferowany rozmiar kołnierzy są standardowymi rozmiarami tego typu asortymentu. Dopuszczenie ww. zmiany nie wpływa na wartość funkcjonalno-użytkową kołnierzy. Poza tym zaakceptowanie ww. zmian pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę Wykonawców, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

### **Dotyczy Zadania 9 „Papier do Ekg”:**

8) **PYTANIE: poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Welch Allyn CP 50 w bloku o wymiarach 114 mm x 70 mm x 250 kartek?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

### **Dotyczy Zadania 10 „Rękawiczki diagnostyczne”:**

9) **PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,20 mm +/- 0,02, na dłoni 0,18 mm +/- 0,02, na mankiecie 0,16 mm +/- 0,02, rozciągliwość przed starzeniem 980%?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

10) **PYTANIE: poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: długość w zależności od rozmiaru 292-293 mm w zależności od rozmiaru, rozciągliwość przed starzeniem 820%, siła zrywu przed starzeniem min. 28N?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

### **Dotyczy Zadania 11 „Rękawiczki medyczne”:**

11) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpydrowe, o obniżonej grubości (grubość na palcu max. 0,09 mm; dłoni max. 0,07 mm i mankiecie max. 0,06 mm). AQL 1.0. Rolowany mankiet, teksturowany tylko na palcach. W kolorze niebieskim. Chlorowane od wewnątrz. Długość min. 240 mm. Przebadane na przenikalność co najmniej 5 substancji chemicznych, co zostało potwierdzone badaniami jednostki niezależnej oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 200 sztuk dla wszystkich rozmiarów XS-XL?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawiczki opisane powyżej.

12) **PYTANIE:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, o nieznacznie wyższej grubości na palcu - 0,12 mm oraz na dłoni - 0,08 mm. Przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z wymogami SIWZ. Proponowane rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania rękawiczek opisanych powyżej.