



WSPRiTS/ZP/343/2020  
ZP.261.60.2020

Warszawa, dnia 1 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 615202-N-2020 z dnia 25.11.2020 r. na okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/60/20].**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA (cz. II)  
I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania i przedłuża termin składania ofert:

**Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy:**

1) **PYTANIE:** W związku z tym, iż wymagany w postępowaniu czas realizacji usługi naprawy przedmiotu zamówienia rozpoczyna się od momentu akceptacji przez Zamawiającego otrzymanego od Wykonawcy kosztorysu stanowiącego podstawę do wykonania naprawy - zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego czasu reakcji serwisu Wykonawcy od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji wynosił do 72 godziny w dni robocze od otrzymania od Zamawiającego informacji o usterce? Poprzez czas reakcji serwisu należy rozumieć czas niezbędny na kontakt telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy z Zamawiającym, analizę usterki oraz przygotowanie kosztorysu do akceptacji przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu w zadaniu nr 3 – w celu spełniania warunków udziału mógł wykazać się dyspozycją co najmniej jednej osoby, która odbyła szkolenie uprawiające do przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury medycznej i posiadała co najmniej półtoraroczne doświadczenie w wykonywaniu przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3) **PYTANIE - §4 ust. 7 pkt a) oraz b):** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych określonych w zapisach umowy z wymaganych kar w wysokości 1% wartości złożonego zamówienia na 0,1% wartości zamówienia złożonego zamówienia wykonania usługi, za każdy dzień zwłoki.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 04.12.2020 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12.2020 r. o godz. 11:00** w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR  
  
dr in. o dr. Karol Bielski

*Sprawę prowadzi:*  
Agnieszka Herda  
Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych  
Tel. /22/ 52 51 243